



Industry
Canada

Industrie
Canada

Legal Metrology
Branch

Direction de la
métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-0635
FAX: (613) 952-1754

Téléphone: (613) 952-0635

File No.: 06565
Project: AP-EL-94-0067
Date: 1994-12-20

General Electric Canada Inc.
1130 boul. Charest Ouest
Québec, Québec
G1N 2E2
Attention: M. Gérard Chevalier

Dear M. Chevalier:


This is in response to your recent notification given in accordance with the Electricity and Gas Inspection Regulations, Section 13, regarding devices approved under Notice of Approval AE-0355. It is noted that these devices may be supplied with firmware version 9937120409. This version differs from the previously approved version 9937120007 as follows:

1. The register may be programmed to display the time-of-use rate currently in effect, following the two-digit display identifier, while in the normal display mode; this option is available only with UPGEN programming software version 3.2;
2. The register may be programmed to not automatically reset the demand at a season change; this option is available only with UPGEN programming software version 3.2;
3. The power fail detection of the register has been enhanced to prevent generation of an optics LED error code "500000".

I am advised by the Electrical Metrology Laboratory that its evaluation of the proposed modifications indicates that they do not adversely affect the performance of the meter. Accordingly, your notification is acknowledged and the modifications are accepted as

being included within the above-noted approval. All recipients of the approval notice are being informed by copy of this letter.

Yours truly,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.L. Fraser', followed by a long, horizontal wavy line that extends to the right.

H.L. Fraser, Director
Electricity and Gas

cc: Approvals Mailing List



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C8

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Telephone: (613) 952-0635

Téléphone: (613) 952-0635

Projet: AP-EL-94-0067

Date: 1994-12-20

La Générale Électrique du Canada Inc.
1130, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)
G1N 2E2
Attention: M. Gérard Chevalier

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13, du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation AE-0355. Nous prenons note que ces appareils peuvent être fournis avec le micrologiciel 9937120409. Cette version de microprogramme diffère de la version antérieurement approuvée 9937120007 comme suit :

1. En mode d'affichage principal, l'indicateur peut être programmé de façon à afficher le tarif en vigueur (en fonction de l'heure d'utilisation) après les deux chiffres de l'identificateur d'affichage; cette option est disponible seulement avec le logiciel de programmation UPGEN, version 3.2;
2. L'indicateur peut être programmé pour ne pas remettre automatiquement la consommation à l'état initial lors d'un changement de saison; cette option est disponible seulement avec le logiciel de programmation UPGEN, version 3.2;
3. Le détecteur de pannes de courant de l'indicateur a été amélioré de façon à empêcher la génération d'un code d'erreur optique DÉL "500000".

Canada

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de l'électricité (métrologie) me signale que ces modifications ne nuisent pas au rendement du compteur. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.L. Fraser', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

H.L. Fraser, Directeur
Électricité et gaz

cc: Liste d'envoi des approbations