



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0G8

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0G9

Telephone: (613) 952-0615

Téléphone: (613) 952-0615

Projet: AP-EL-93-0077

Date: 1994-02-15

Schlumberger Industries
Sangamo Electricity Division
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3X1
Att.: M. Marc Purc

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation AE-0465. Nous prenons note que ces appareils peuvent comporter des ensembles de bobines de courant de fabrication nouvelle consistant en bobines modifiées et en un dispositif de réglage à l'usine du facteur de puissance de l'isolateur des bobines de courant. Ce dispositif de réglage comprend une carte de circuit imprimé munie de six anneaux conducteurs qui peuvent être percés, ce qui permet un réglage par petits échelons de l'inductance.

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de l'électricité me signale que ces modifications ne nuisent pas au rendement du compteur. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, chef
Électricité et gaz

c.c.: Liste d'envoi des approbations

Canada