

AE-0497



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-2638
Fax: (613) 952-1754

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Téléphone (613) 952-2638

Project: AP-EL-96-0003

Date : 1996-05-06

Mr. Gérard Chevalier
General Electric Canada Inc.
1130 Blvd. Charest West
Québec, Québec
G1N 2E2

Dear Mr. Chevalier:

This is in response to your recent notification given in accordance with the Electricity and Gas Inspection Regulations, Section 13, regarding devices approved under Notice of Approval AE-0497 and AE-0572. It is noted that these devices are to be modified as follows:

- New layout of VIM meter components in order to achieve a reduced height to accommodate a shorter cover (approximately 4 inches).

I am advised by the Approvals Technical Coordinator for the Electrical Division that their evaluation of the proposed modifications indicates that they do not adversely affect the performance of the meter. Accordingly, your notification is acknowledged and the modification is accepted as being included within the above-noted approval. All recipients of the notice of approval are being informed by copy of this letter.

Yours truly,

Claude R. Bertrand, P.Eng.
Approval Services Laboratory

cc: Approvals Mailing List

Canada



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-2638
Fax: (613) 952-1754

Téléphone: (613) 952-2638

Projet: AP-LE-96-0003

Date : 1996-05-06

Monsieur Gérard Chevalier
Général Électrique du Canada Inc.
1130 Boul. Charest Ouest
Québec (Québec)
G1N 2E2

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation AE-0497 et AE-0572. Il est à noter que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

- Nouvelle disposition des composantes du compteur VIM dans le but de réduire la hauteur du compteur pour accommoder un couvercle plus court (approximativement 4 pouces).

Après avoir étudié les modifications proposées, le Coordonnateur en Technologie, Approbations pour la discipline de l'Électricité, me signale que ces modifications ne contreviennent en rien aux dispositions de la Loi. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Claude R. Bertrand, ing.
Laboratoire des services d'approbations

cc: Liste d'envoi des approbations

Canada