

AE-0580

DATE: 17-12-1996

MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)

The following NOAs are affected by this letter:

AE-0541, AE-0580 and/et AE-0601

Applicant

Asea Brown Boveri Inc
200 Chisholm Drive
Milton, Ontario
L9T 5E7

Applicant

The present letter is intended to notify Legal Metrology Inspection personnel and accredited meter verifiers, and to confirm to the Applicant that the modification(s) outlined below for which notification was given by the Applicant, are not deemed to be metrologically significant in relation to the established approval provisions. Accordingly, the notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the Notices of Approval listed above and all subsequent revisions thereof.

Noted non-significant modifications:

The main electronic board has routed slots at the re-designed voltage connector and the removal of the lightning arrestor strap.

Les Avis d'approbation suivant sont affectés par cette lettre:

Le but de cette lettre est d'informer le personnel d'inspection de la Direction de la métrologie légale et les vérificateurs accrédités, et de confirmer à l'Applicant que la modification ou les modifications décrites ci-dessous et pour lesquelles l'Applicant nous a fait parvenir une notification ne sont pas jugées comme étant métrologiquement significatives en fonction des exigences relatives aux approbations. Conséquemment, nous accusons réception de la notification et les modifications sont considérées comme faisant parti intégrale des Avis d'approbation énoncés ci-dessus ainsi que toutes les révisions subséquentes.

Modification(s) non-significative(s)

Le circuit imprimé principal a maintenant des rainures au connexion de tension révisé et l'ommision de la lanière de suppression de foudre.

Pierre Johnson
Approvals Technical Coordinator
Coordonnateur en Technologie: Approbation