



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Méetrologie Légale

E - 88-10

Approval No. d'approbation

Ottawa

1981-09-15

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Approbation accordée à

Approval granted to:

Générale Electrique du Canada
1130, boulevard Charest ouest
Québec (Québec)
G1N 2E2

Canadian General Electric Company
1130 Charest Blvd. West
Quebec (Quebec)
G1N 2E2

D.L. Smith, P. Eng.

Chef
Division de l'électricité et du gaz
Direction de la métrologie légale
Immeuble des normes
avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Chief
Electricity and Gas Division
Legal Metrology Branch
Standards Building
Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

WATTHEUREMÈTRES MONOPHASÉS DE TYPE
CANADIAN GENERAL ELECTRIC 170-S TR

Cet avis représente un ajout aux avis d'approbation E-88-6 et E-88-9, qui demeurent en vigueur, et porte sur l'utilisation d'une minuterie ayant un rapport de $333 \frac{1}{3}$ sur les compteurs d'une intensité nominale de 120V.

Les compteurs d'une intensité nominale de 240V sont installés avec des minuteries ayant un rapport de $166 \frac{2}{3}$.

Réf. : G6565-C2

CANADIAN GENERAL ELECTRIC TYPE 170-S TR
SINGLE PHASE WATT HOUR METERS (MODIFIED)

This notice constitutes an addition to Notices of Approval E-88-6 and E-88-9, which remain in effect, and covers the use of a register having a ratio of $333 \frac{1}{3}$ for use on those meters rated at 120V.

Meters rated at 240V are fitted with registers having a ratio of $166 \frac{2}{3}$.

Ref: G6565-C2