



TO / À APPROVALS DISTRIBUTION LIST / LISTE DE DIFFUSION DES AVIS D'APPROBATION

FROM / DE Morley W. Connell, Manager, Electrical Laboratory / Gérant, Laboratoire d'électricité, Legal Metrology Branch CCAC / Direction de la métrologie légale

SUBJECT / OBJET APPALACHIAN TECHNOLOGIES ELECTRONIC POLYPHASE DEMAND METER REGISTER MODEL EDR-1000, NOTICES OF APPROVAL E-238 AND E-238 ADD 1

COMPTEUR ELECTRONIQUE DE MAXIMUM PLOYPHASE APPALACHIAN TECHNOLOGIES, MODELE EDR-1000, AVIS D'APPROBATION E-238 ET E-238 (SUPP. 1)

This is to clarify that the subject device is approved for DEMAND metering only (i.e. kVA, kW, etc.).

Nous vous prions de noter que l'appareil susmentionné n'est approuvé que pour la mesure de PUISSANCE en kVA, kW, etc.

If at some future time the EDR 1000 is approved for ENERGY metering, the Meter Type description on page 1 of the Notice of Approval will read "Combination Energy-Demand" rather than "Demand".

Si jamais l'EDR 1000 est approuvé pour la mesure d'ENERGIE, la description du compteur figurant à la page 1 de l'avis d'approbation sera "Compteur d'énergie et de maximum combiné" plutôt que "compteur de maximum".

Morley W. Connell (handwritten signature) / Morley W. Connell (typed name)

Table with 4 rows: SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ, OUR FILE/NOTRE RÉFÉRENCE (AP-EL-87-0038, AP-EL-88-0014), YOUR FILE/VOTRE RÉFÉRENCE (E-238; E-238 Add 1), DATE (88-12-23)