



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AG-269

MAY 9 1990

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electro-Mechanical Pressure Transmitter

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Transmetteur de pression électro-mécanique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Rosemount Instruments Ltd.
808 - 55th Avenue N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6Y4

MANUFACTURER / FABRICANT:

Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, Minnesota
USA 55344

MODEL(S) / MODÈLE(S):

1151 GP 3M
1151 GP 4M
1151 GP 5M
1151 GP 6M
1151 GP 7M
1151 GP 8M
1151 GP 9M

RATING / CLASSEMENT:

0-30 in/po (H_2O)
0-150 in/po (H_2O)
0-750 in/po (H_2O)
0-100 psig [lb/po² (mano)]
0-300 psig [lb/po² (mano)]
0-1000 psig [lb/po² (mano)]
0-3000 psig [lb/po² (mano)]

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

The Rosemount 1151 GP -- M is a gauge pressure transducer and transmitter. Because its output signal is in voltage rather than current only 2 mA are required from the power supply. Hence the name "Low Power" transmitters.

The "Low Power" 1151 transmitters utilize a variable capacitance sensor. A stretched spring diaphragm deflects in response to pressure input. Diaphragm displacement is proportional to the gauge pressure and results in a corresponding change in capacitance. Electronically converting displacement to a voltage signal permits pressure transmission to an approved and compatible data processing device.

Specifications:**Power Supply**

Voltage 8-12 V (dc)

Current Draw 2 mA (dc)

Ambient Temperature Range
-30°C to 40°C**Output** 1 - 5 V (dc)**Span and Zero Adjustments**Can be sealed with conventional wire
and lead seal.**Connections**Electrical $\frac{1}{2}$ inch NPT conduit ports
Process $\frac{1}{4}$ inch NPT pressure taps.

Note: Refer to Rosemount Publication Number 4447, September 1986 entitled "Instruction Manual Supplement for Model 1151 Low Power Pressure Transmitters" for further identification and/or information.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'appareil Rosemount 1151 GP -- M est un transducteur et un transmetteur de pression manométrique. Étant donné que son signal de sortie est en tension au lieu d'être en courant, une alimentation de 2 mA seulement est nécessaire. Voilà pourquoi on les appelle les transmetteurs "faible puissance".

Les transmetteurs 1151 "faible puissance" utilisent un détecteur de capacité variable. Un diaphragme à ressort tendu se déforme sous l'action de la pression d'entrée. Le déplacement du diaphragme est proportionnel à la pression manométrique et entraîne un changement correspondant dans la capacité. La conversion électronique du déplacement en un signal de tension permet la transmission de la pression à un appareil de traitement de données approuvé et compatible.

Caractéristiques:**Alimentation électrique**

Tension 8-12 V (c.c.)

Courant d'alimentation 2 mA (c.c.)

Plage des températures ambiantes
-30°C à 40°C**Sortie** 1- 5 V (c.c.)**Dispositifs de réglage de la portée et du zéro**

Peuvent être plombés avec un fil métallique et un plomb classiques.

RaccordsEntrées des conduits électriques de $\frac{1}{2}$ po NPTPrises de pression de $\frac{1}{4}$ po NPT.

Note: Pour plus de renseignements, se reporter au document Rosemount 4447 de septembre 1986 intitulé "Instruction Manual Supplement for Model 1151 Low Power Pressure Transmitters".

SUMMARY DESCRIPTION: Continued**Nameplate Marking**

The following nameplate information appears on the Low Power 1151 GP - M pressure transmitter:

Nameplates

- Manufacturer's name or trademark
- Model or type
- Serial number
- Departmental approval number
- Input voltage
- Power consumption on input current
- Contractor's badge with calibrated range
- Maximum allowable operating pressure
- Design pressure range (maximum)
- Type and range of output signal

Terminal Markings

- Ambient temperature range -30°C to +40°C

High and low pressure ports.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**Marquage de la plaque signalétique**

Les renseignements suivants doivent être inscrits sur le transmetteur de pression faible puissance 1151 GP -M:

Plaques signalétiques:

- Nom ou marque de commerce du fabricant
- Modèle ou type
- Numéro de série
- Numéro d'approbation du ministère
- Tension d'entrée
- Consommation électrique au courant d'entrée
- Plaque signalétique de l'entrepreneur et plage d'étalonnage
- Pression de service maximale admise
- Plage des pressions de calcul (maximale)
- Type et plage des signaux de sortie.

Marquages des bornes

- Plage des températures ambiantes -30°C à +40°C

Entrées de haute et de basse pression.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

MAY - 9 1989

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale

File/Dossier: 06635-R592

Project/Projet: AP-GL-89-0010

