



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM

MAL-G85

Date: May 29, 2000

File number: AP-AG-00-0002

MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Meters and Devices

Type of Device

Pressure Transmitter

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

AG-0226, AG-0304, AG-0454

Applicant

Rosemount Instruments Ltd.
808 - 55th Avenue, N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6Y4

Description of Modifications

The pressure transmitters approved under the above noted Notice of Approval can be equipped with firmware versions 65, 137, 163 or 176. The versions for the hardware configuration of the transmitters micro-processor are identified as either 0, 1, 2 or 3. Both the firmware and hardware versions are displayed by a model 275 HART communicator by scrolling through the "Device Setup" menu.

Original copy signed by:

Randy Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Fluid Measurement Discipline



Date: 29 mai, 2000

Dossier: AP-AG-00-0002

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM) **pour** **Compteurs et appareils approuvés**

Type d'appareil

Dispositif électronique de conversion

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

Numéro d'approbation

AG-0226, AG-0304, AG-0454

Requérant

Rosemount Instruments Ltd.
808 - 55th Avenue, N.E.
Calgary, Alberta
T2E 6Y4

Description des modifications

Les transmetteurs de pression approuvés en vertu des avis d'approbation susmentionnés peuvent être équipés des microprogrammes 65, 137, 163 ou 176. Les versions pour la configuration matérielle du microprocesseur des transmetteurs porte l'indication 0, 1, 2 ou 3. La version du microprogramme et la version matérielle sont toutes deux affichées par un communicateur HART de modèle 275 en faisant défiler le menu de "configuration de l'appareil".

Copie authentique signée par:

Randy Byrtus
Coordonnateur technique d'approbations
Discipline de la mesure des fluides