



Measurement Canada  
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM  
**MAL- G265 Rev1**

Date: 2009-11-10

File number: AP-AG-09-0053

## **MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)**

### **For**

### **Approved Meters and Devices**

#### **Type of Device**

Gas Chromatograph

#### **Purpose**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

#### **Scope**

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice (s) of Approval:

#### **Approval Number**

G-0167, AG-0517

#### **Applicant**

Daniel Industries Canada Inc  
A Division of Emerson Process Management  
4215-72nd Avenue SE  
Calgary, Alberta  
T2C 2G5

#### **Revision**

This revision adds firmware 3.36 to the list of approved firmware.

#### **Description of Modifications**

The gas chromatographs approved under the above noted approval numbers can be used with a new CPU board having model number LX800. This CPU board is for use in the 2350A controller, as an upgrade to existing 2350 and 2350A controllers and in the Model 700 gas chromatograph. The new board requires new firmware to operate. The firmware is identified as UniBOS versions 3.32, 3.35 and 3.36.

UniBOS firmware version 2.35 has also been approved for use in the gas chromatographs approved under the above noted approval numbers using the older CPU board having model number 6117.

The old and new CPU boards support a tag with its model number on it.

Signed by:

Randy Byrtus, CET  
Approvals Technical Coordinator  
Gas Measurement



Measurement Canada  
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM  
**LAM - G265 Rév1**

Date: 2009-11-10

Dossier: AP-AG-09-0053

## **LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)**

### **Pour**

### **Compteurs et Appareils Approuvés**

#### **Type d'appareil**

Chromatographe en phase gazeuse

#### **Objet**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie du domaine d'application des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

#### **Portée**

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par les avis d'approbation suivants :

#### **Numéro d'approbation**

G-0167, AG-0517

#### **Requérant**

Daniel Industries Canada Inc  
A Division of Emerson Process Management  
4215-72nd Avenue SE  
Calgary, Alberta  
T2C 2G5

#### **Révision**

Cette révision ajoute la version 3.36 du micrologiciel à la liste des micrologiciels déjà approuvés.

#### **Description des modifications**

Les chromatographes en phase gazeuse, approuvés en vertu du numéro d'approbation mentionné ci-dessus, peuvent être utilisés avec la nouvelle carte UC, numéro de modèle LX800. Cette carte est utilisée avec le contrôleur 2350A, en tant que mise à niveau du contrôleur 2350, et avec le chromatographe en phase gazeuse modèle 700. Pour fonctionner, la nouvelle carte a besoin d'un nouveau micrologiciel, soit l'UniBOS, versions 3.32, 3.35 and 3.36.

La version 2.35 du micrologiciel UniBOS a aussi été approuvée pour l'utilisation des chromatographes en phase gazeuse, approuvés en vertu du numéro d'approbation mentionné ci-dessus en utilisant l'ancienne carte UC, numéro de modèle 6117.

Le numéro de modèle est inscrit sur une étiquette apposée sur les nouvelles et les anciennes cartes UC.

Signée par :

Randy Byrtus, TEC  
Coordonnateur Technique, Approbations  
Mesure des gaz