



Measurement Canada  
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM  
**MAL - G193 Rev. 1**

Date: April 28, 2005

File number: AP-AG-05-0003

## **MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Meters and Devices**

### **Type of Device**

Gas Chromatograph

### **Purpose**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

### **Scope**

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice (s) of Approval:

### **Approval Number**

AG-0517

### **Revision 1**

The purpose of this revision is to upgrade the model 700 Gas Chromatograph firmware to include version 2.05.

### **Applicant**

Daniel Industries Canada Inc  
A Division of Emerson Process Management  
4215-72nd Avenue SE  
Calgary, Alberta  
T2C 2G5

### **Description of Modifications**

The gas chromatographs, model 700, approved under the approval AG-0517 can be equipped with firmware version 2.04 or 2.05. The model 700 gas chromatograph's firmware version can be viewed through the application / system menu.

Original signed by:

Randy Byrtus, CET  
Approvals Technical Coordinator  
Gas Measurement



Date: 28 avril 2005

Dossier: AP-AG-05-0003

## **LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)** **pour** **Compteurs et appareils approuvés**

### **Type d'appareil**

Chromatographe en Phase Gazeuse

### **Objet**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

### **Portée**

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par les avis d'approbation suivants :

### **Numéro d'approbation**

AG-0517

### **Révision 1**

Le but de cette révision est pour faire une mise à niveau du micrologiciel, du Chromatographe modèle 700, afin d'y inclure la version 2.05.

### **Requérant**

Daniel Industries Canada Inc  
A Division of Emerson Process Management  
4215-72nd Avenue SE  
Calgary, Alberta  
T2C 2G5

### **Description des modifications**

Les chromatographes en phase gazeuse, modèle 700, approuvés en vertu de l'avis d'approbation AG-0517 peuvent être équipés avec le micrologiciel version 2.04 ou 2.05. Le menu application / système, du chromatographe en phase gazeuse modèle 700, permet de voir la version de son microprogramme.

Copie authentique signée par :

Randy Byrtus, TEC  
Coordonnateur Technique, Approbations  
Mesure des Gaz