



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM

**MAL-G220**

Date: October 11, 2006

File number: AP-AG-06-0029

## **MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Meters and Devices**

### **Type of Device**

Electronic Converting Device

### **Purpose**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

### **Scope**

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice of Approval:

### **Approval Numbers**

AG-0479C

### **Applicant**

Galvanic Applied Sciences Inc.  
7000 Fisher Road S.E.  
Calgary, AB  
T2H 0W3

### **Description of Modifications**

The electronic conversion device GASMicro can be attached, using a circular mounting plate engraved with serial number AF2503, to the turbine meters manufactured by American Meter Company models GTS-4 and GTS-6, approved under AG-0436, and GT-F-4, approved under G-0064.

Original signed by:

Randy Byrtus

Technical Coordinator - Gas Measurement



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM  
**MAL-G220**

Date: 11 octobre 2006  
Dossier: AP-AG-06-0029

## **LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM) pour Compteurs et appareils approuvés**

### **Type d'appareil**

Correcteur de volume électronique

### **Objet**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation d'origine énuméré dans le présent document et de toutes ses révisions subséquentes.

### **Portée**

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

### **Numéro d'approbation**

AG-0479C

### **Requérant**

Galvanic Applied Sciences Inc.  
7000 Fisher Road S.E.  
Calgary, AB  
T2H 0W3

### **Description des modifications**

Le Dispositif de conversion électronique, modèle GASMicro peut-être attaché, utilisant une plaque de montage circulaire engravé avec le numéro de série AF2503, aux débitmètres à turbine fabriqués par American Meter Company, modèles GTS-4 et GTS-6, approuvés en vertu de l'avis d'approbation AG-0436, et GT-F-4, approuvé en vertu de l'avis d'approbation G-0064.

Copie authentique signée par :  
Randy Byrtus  
Coordonnateur technique - Mesure des gaz