



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Méetrologie Légale

G-43-4

Approval No. d'approbation

Ottawa

1981-11-20

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Approbation accordée à

Approval granted to

Sprague Meter Division of Textron Canada, Ltd,
85 Burford Road,
Stoney Creek, Ontario.
L8E 3C6

L. K. Waclawik, P. Eng.

Chef intérimaire
Division de l'électricité et du gaz
Immeuble des normes
Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Acting Chief
Electricity and Gas Division
Standards Building
Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

MODIFICATION INTERNE DES COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES
DE GAZ À COMPENSATEUR DE TEMPERATURE, STANDARD
DE TYPE 240 FABRIQUÉS PAR LA DIVISION DES
COMPTEURS DE SPRAGUE

Les avis d'approbation n° G-43, G-43-1, G-43-2 et G-43-3
sont toujours applicables.

Description

Le fabricant a récemment mis sur le marché un nouveau siège
de soupape à surface de contact réduite. La pièce ne diffère d'un
siège de soupape courant que par sa surface de glissement qui a été
réduite pour limiter la faille entre le couvercle et le siège
de la soupape.

Cette modification ne nuit aucunement à la performance du
compteur.

Réf.: G6635-S6-23

INTERNAL MODIFICATION TO SPRAGUE METER DIVISION
TYPE 240 STANDARD AND TEMPERATURE COMPENSATED
POSITIVE DISPLACEMENT GAS METER

Notices of Approval G-43, G-43-1, G-43-2 and G-43-3
remain in force.

Description

The manufacturer has introduced a newly developed "narrow land valve seat". This valve seat is moulded from the same material as the standard valve seat except for the sliding contact area which has been reduced to lessen the drag between the valve cover and the seat.

The introduction of the narrow land valve seat does not affect performance of the meter.

Ref: G6635-S6-23