



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

G-55-2

SEP 24 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

MERCURY INSTRUMENTS INC. PRESSURE-VOLUME
AND PRESSURE-VOLUME-TEMPERATURE
RECORDERS, MODELS 840, 841, 1240 AND 1241

ENREGISTREURS DE PRESSION-VOLUME ET DE
PRESSION-VOLUME-TEMPÉRATURE MERCURY
INSTRUMENTS INC., MODÈLES 840, 841, 1240
ET 1241.

This approval supplements Notices of
Approval G-55 and G-55-1.

Le présent avis complète les avis
d'approbation G-55 et G-55-1.

Company: Mercury Instruments Inc.,
3940 Virginia Avenue
Cincinnati, Ohio
USA 45227

Société: Mercury Instruments Inc.
3940 Virginia Avenue
Cincinnati, Ohio
USA 45227

Manufacturer: Mercury Instruments Inc.
Cincinnati, Ohio, USA

Fabricant: Mercury Instruments Inc.
Cincinnati, Ohio, USA

Type of Device: Pressure-Volume,
Pressure-Volume-Temperature Recorders
with straight through mounting bracket.

Appareil: Enregistreurs de pression-
volume et de pression-volume-température
à support de fixation direct.

Accessories: These devices can be used
with approved and compatible
accessories.

Accessoires: Ces appareils peuvent être
employés avec des accessoires compa-
tibles et approuvés.

Description: Recorder models 840, 841,
1240 and 1241 are identical to recorder
models 837, 838, 1237 and 1238
respectively, approved in Notices of
Approval G-55 and G-55-1, except that
they are supplied with a straight-through
mounting bracket that does not have an
index. These recorders are to be used in
conjunction with BPI and BVI correctors.
The following table is a comparison of
equivalent models:

Description: Les enregistreurs de
modèles 840, 841, 1240 et 1241 sont
identiques à ceux de modèles 837, 838,
1237 et 1238, approuvés respectivement
en vertu des avis G-55 et G-55-1, sauf
qu'ils sont livrés avec un support de
fixation direct, sans indicateur. Ces
enregistreurs peuvent être employés avec
des correcteurs BPI et BVI. Le tableau
ci-dessous met en évidence les modèles
équivalents.

<u>CHART SIZE</u> Dimension du graphique	<u>RECORDED VARIABLES</u> Variables enregistrées	<u>APPROVED MODELS</u> Modèles approuvés G-55 and/et G-55-1	<u>APPROVED MODELS</u> Modèles approuvés G-55-2
8"	Volume, Pressure/volume, pression	837	840
8"	Volume, Pressure, Temperature/ volume, pression, température	838	841
12"	Volume, Pressure/volume, pression	1237	1240
12"	Volume, Pressure, Temperature/ volume, pression, température	1238	1241

- 2 -

TERMS AND CONDITIONS:Manner of Use:

(i) Installation and use are permitted to those devices which have been duly verified and meet applicable requirements as may be delineated in the "Departmental Instructions for Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices".

(ii) All other provisions and stipulations contained in the Notices of Approval listed above remain in force.

Reference N°: G6635-M7-30

CONDITIONS D'APPROBATION:Utilisation:

(i) Seuls les appareils qui, après vérifications en bonne et due forme, répondent aux exigences applicables des Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires peuvent être installés et mis en service.

(ii) Toutes les autres dispositions des avis susmentionnés demeurent en vigueur.

N° de référence: G6635-M7-30



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP 24 1984