



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Métrieologie Légale

G-98-3

Approval No. d'approbation

Ottawa


SEP 9 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Approval granted to:

Approbation accordée à:

Rockwell International of Canada Limited
41 Massey Road, P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories
Standards Building
Tunney's Pasture, Holland Ave.,
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrieologie légale
Immeuble des normes
Parc Tunney, Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Rockwell Metric TP, Right-Angle Turbo
Gas Meter

Compteurs à gaz à turbine Rockwell, à
angle droit, de la série TP, type métrique

This approval supplements Notices of
Approval G-98-1, and G-98-2.

Le présent avis complète les avis d'appro-
bation G-98-1 et G-98-2.

Apparatus:

Appareil:

Model designation/désignation du modèle:

RCM-TP-9

Rated Capacity at line conditions/
capacité nominale mesurée sur la
canalisation: m³/h:

255

Maximum Approved Working Pressure/
Pression du régime maximale
approuvée, kPa:

2 000, 5 000, 10 000

Intermediate Gear Assembly, Part No./
Engrenage intermédiaire, référence:*

006-20-512-01

Ratio/Rapport:

10:1

Gear Reduction Assembly, Part No./
Engrenage démultiplicateur,
référence:**

006-20-412-02

Ratio (Change gear)/Rapport
(changement d'engrenages):

124.615:1

Capacity per rev. of meters' output
shaft/Capacité par révolution de
l'arbre de sortie, m³:

1.0

Impulse contactor, volume per pulse/
Contacteur d'impulsions, volume par
impulsion, m³:

0.1 or 1.0

* The part number shall appear on the
intermediate gear assemblies.

* La référence doit être affichée sur
l'engrenage intermédiaire.

** The part number shall appear on the
gear reduction assembly.

**La référence doit être affichée sur
l'engrenage démultiplicateur.



Apparatus: ContinuedAppareil: Suite

Register, cyclometer type/Enregistreur
type odomètre;

(i) part number/référence:***

006-20-537-02

(ii) Register Capacity/capacité de
l'enregistreur, m³:

999 999

(iii) Test dial Capacity/Capacité du
cadran de contrôle, m³/rev.

1.0

Meter Connections, flange, inches/
Raccords du compteur, brides, po:

3

*** The part number for the register
shall appear on its backplate.

***La référence de l'enregistreur doit
être affichée sur sa plaque arrière.

The meter listed above is essentially
the same in design and construction as
the previously approved model.
However, the gear reduction assembly
has been modified to permit
registration in cubic metres.

La conception et la construction du
compteur susmentionné sont essentielle-
ment les mêmes que celles des compteurs
déjà approuvés. Le train d'engrenages
démultiplicateurs a été toutefois
modifié afin de permettre un enregistre-
ment en mètres cubes.

The metric register listed is similar
to the approved Imperial Unit, (m³)
appears on the aluminum faceplate. The
register part number appears on the
back of the plastic register framework.

L'enregistreur métrique mentionné est
similaire à l'enregistreur en unités
impériales, et l'unité de mesure (m³)
est indiquée sur le cadran en aluminium.
La référence de l'enregistreur figure au
dos du bâti en plastique de
l'enregistreur.

All other provisions and stipulations
contained in Notices of Approval as
listed above pertaining to Rockwell
Meter Company TP turbine meters remain
in force.

Toutes les autres dispositions et
exigences indiquées dans les avis
d'approbation mentionnés au début et
relatifs aux compteurs à turbine
Rockwell de la série TP demeurent en
vigueur.

Reference No.: G6635-R2-25

No. de référence: G6635-R2-25