



JUL 26 1983
JUIL

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

CANADIAN METER COMPANY "SPEEDREADER"
PULSE GENERATING INDEX AND REMOTE
REGISTER

TOTALISATEUR DU GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS
ET MINUTERIE A DISTANCE ÉQUIPANT LE
SYSTÈME SPEEDREADER (LECTURE RAPIDE) DE
LA CANADIAN METER COMPANY

This approval supplements Notices of
Approval G-105 and G-105-1.

Le présent avis complète les avis
d'approbation G-105 et G-105-1.

Manufacturer: Canadian Meter Co.
3037 Derry Road West
Milton, Ontario
L9T 2X6

Fabricant: Canadian Meter Co.
3037 Derry Road West
Milton, Ontario
L9T 2X6

Apparatus: Speedreader-pulse generating
index and remote register.

Appareil: Totalisateur du générateur
d'impulsions et minuterie à distance du
système Speedreader.

Terms and Conditions:

Conditions d'approbation:

1. The above apparatus previously
proved in Notices of Approval G-105 and
G-105-1 has been approved for use on the
A-225 positive displacement gas meter,
equipped with an appropriate approved
clock or odometer register.

1. L'appareil susmentionné faisant
l'objet des avis d'approbation G-105 et
G-105-1 a été approuvé pour être utilisé
avec le compteur volumétrique à gaz
A-225, muni d'une minuterie adéquate à
aiguille ou à rouleaux de type approuvé.

2. The device is permitted to be used in
trade in accordance with sound
measurement practice, installation
instructions provided by the
manufacturer, terms and conditions
appearing in the Notice of Approval and
applicable safety codes.

2. Le présent appareil peut être
utilisé à des fins commerciales pourvu
qu'il le soit selon une méthode de
mesurage fiable, qu'il soit installé
conformément aux prescriptions du
fabricant et qu'il satisfasse aux
conditions du présent avis d'approbation
et des codes de sécurité pertinents.

3. Installation and use are permitted to
those devices which have been duly
verified and meet the applicable
requirements as delineated in the
"Departmental Instructions for Inspection
of Gas Meters and Auxiliary Devices"
before being placed into custody transfer
measurement.

3. Seuls les appareils qui, après véri-
fication en bonne et due forme,
satisfont aux exigences applicables des
Directives ministérielles sur l'inspec-
tion des compteurs de gaz et des
appareils auxiliaires avant d'être
utilisés aux fins de transferts
fiduciaires peuvent être installés et
mis en service.

.../2

Terms and Conditions: Continued

4. Terms and provisions appearing in Notices of Approval G-105 and G-105-1 remain in force.

Reference No.: G6635-C6-45

Conditions d'approbation: Suite

4. Les conditions d'approbation et les dispositions stipulées dans les avis d'approbation G-105 et G-105-1 demeurent en vigueur.

Nº de référence: G6635-C6-45



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

JUL 26 1983
JUL