



OCT 22 1984

**NOTICE OF APPROVAL**

Mercury Instruments Inc., Metric Mercor  
III-P Pressure, Volume Correcting  
Integrators

This approval supplements Notices of  
Approval G-106 and G-106-1.

Company/Manufacturer:

Mercury Instruments Inc.,  
3940 Virginia Avenue  
Cincinnati, Ohio  
USA 45227

Type of Device: Metric Mercor III-P  
Pressure, Volume Correcting Integrators.

Modifications/Description: The Mercor  
III-P pressure, volume integrators has  
been modified to include metric versions.

The following table summarizes the  
approved pressure and temperature ranges:

PRESSURE RANGE Plages de pression	TYPE OF ELEMENT Type d'élément
0-5 kPa to/à 0-200 kPa	Diaphragm pressure element/élément de pression anéroïde
0-250 kPa to/à 0-2500 kPa	Ni-Span-C helical element/élément hélicoïdal Ni-Span-C
0.5-3.0 MPa to/à 3.5-10 MPa (suppressed ranges/Plages supprimés)	Ni-Span-C helical element/élément hélicoïdal Ni-Span-C

Terms and Conditions:

Manner of Use: Installation and use in  
trade are permitted for those devices  
which have been duly verified and meet  
the applicable requirements as delineated  
in the Departmental Instructions for  
Inspection of Gas Meters and Auxiliary  
Devices.

**AVIS D'APPROBATION**

Intégrateurs de correction de pression  
et de volume Mercor III-P métriques  
fabriqués par Mercury Instruments Inc.

Le présent avis complète les avis  
d'approbation G-106 et G-106-1.

Société/Fabricant:

Mercury Instruments Inc.  
3940 Virginia Avenue  
Cincinnati, Ohio  
USA 45227

Appareil: Intégrateurs de correction de  
pression et de volume Mercor III-P  
métriques.

Modifications/Description: Les intégra-  
teurs de correction de pression et de  
volume Mercor III-P ont été modifiés  
afin de comprendre des plages métriques.

Le tableau suivant résume les plages  
approuvées:

Conditions d'approbation:

Mode d'emploi: Peuvent être installés  
et mis en service, à des fins commer-  
ciales, les appareils qui, après vérifi-  
cation en bonne et due forme, satisfont  
aux exigences applicables établies dans  
les Directives ministérielles sur  
l'inspection des compteurs de gaz et des  
appareils auxiliaires.

.../2

Terms and Conditions: Continued

Required Markings: In addition to the marking requirements appearing in Notices of Approval listed above, the letter "M" shall follow the model designation.

All Other provisions and stipulations contained in the Notices of Approval listed above remain in force.

Reference No.: G6635-M7-44

Conditions d'approbation: Suite

Marquage: En plus du marquage exigé en vertu des avis d'approbation susmentionnés, les appareils doivent porter la lettre "M" inscrite à la suite du numéro de modèle.

Toutes les autres dispositions et conditions énoncées dans les avis d'approbation antérieurs demeurent en vigueur.

N° de référence: G6635-M7-44

  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 22 1984