

G-0108



DATE: 1996-09-16

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)**

The following NOAs are affected by this letter:

Les Avis d'approbation suivant sont affectés par cette lettre:

G-0108

Applicant

Applicant

Schlumberger Industries
Mississauga, Ontario

The present letter is intended to notify Legal Metrology Inspection personnel and accredited meter verifiers, and to confirm to the Applicant that the modification(s) outlined below for which notification was given by the Applicant, are not deemed to be metrologically significant in relation to the established approval provisions. Accordingly, the notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the Notices of Approval listed above and all subsequent revisions thereof.

Le but de cette lettre est d'informer le personnel d'inspection de la Direction de la métrologie légale et les vérificateurs accrédités, et de confirmer à l'Applicant que la modification ou les modifications décrites ci-dessous et pour lesquelles l'Applicant nous a fait parvenir une notification ne sont pas jugées comme étant métrologiquement significatives en fonction des exigences relatives aux approbations. Conséquemment, nous accusons réception de la notification et les modifications sont considérées comme faisant parti intégrale des Avis d'approbation énoncés ci-dessus ainsi que toutes les révisions subséquentes.

Noted non-significant modifications:

Modification(s) non-significative(s)

The pilot on the models CL34-1 and CL34-1-IM pressure regulators can be equipped with the same lower diaphragm case as the pilot on the models CL34-2 and CL34-2-IM pressure regulators. When the CL34-1 is equipped with this case, the case is supported with a special support bracket.

Le détendeur pilote installé sur les régulateurs de pression modèles CL34-1 et CL34-1-IM peut être équipé avec la même capsule inférieur comme le détendeur pilote installé sur les régulateurs de pression modèles CL34-2 et CL34-2-IM. Lorsque le modèle CL34-1 est équipé avec cette capsule, la capsule est supportée avec un support spécial.

Randy Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Coordonnateur en Technologie: Approbation