



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
G-108-3

DEC 10 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

SPRAGUE METER PRESSURE REGULATOR MODEL
CL-31N

RÉGULATEUR DE PRESSION SPRAGUE POUR
COMPTEURS, MODÈLE CL-31N

This Notice of Approval supplements
Notice of Approval G-108-1.

Le présent avis d'approbation complète
l'avis d'approbation G-108-1.

Company/Manufacturer:

Société/Fabricant:

Sprague Meter, Division of
Textron Canada Limited
85 Burford Road
Stoney Creek, Ontario
L8E 3C6

Sprague Meter, Division of
Textron Canada Limited
85 Burford Road
Stoney Creek, Ontario
L8E 3C6

Type of Device: Sprague model CL-31N
pressure regulator.

Appareil: Régulateur de pression
Sprague, modèle CL-31N.

Terms and Conditions

Conditions d'approbation

(1) This regulator is identical to the
CL-31 regulator previously approved
except that the pilot is a Bellofram
non-relief type.

(1) Ce régulateur est identique à celui
de modèle CL-31, approuvé antérieurement
sauf qu'il comporte un dispositif pilote
Bellofram sans organe de sûreté.

(2) All other terms and conditions are
applicable as previously approved.

(2) Toutes les autres conditions
établies en vertu de l'approbation
précédente s'appliquent.

Reference No.: G6635-S6-5

N° de référence: G6635-S6-5

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

DEC 10 1984