



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

SPG-250-2

APR
AVR 20 1983

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

THIS NOTICE SUPPLEMENTS SPECIAL
APPROVAL SPG-250-1 DATED May 30, 1980

LE PRESENT AVIS COMPLETE L'AVIS D'APPRO-
BATION SPECIALE SPG-250-1 EN DATE DU 30
mai 1980

Company: Canadian Western Natural Gas
Company Limited
140 - 6th Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0P6
Attn: Mr. P. Oudman

Société: Canadian Western Natural Gas
Company Limited
140 - 6th Avenue, S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0P6
Attention: M.P. Oudman

Manufacturer: Varian

Fabricant: Varian

Type of Device: Varian Aerograph
Chromatograph model 142010-00, serial
No. 03814979

Type d'appareil: Chromatographe
aérographe Varian, modèle 142010-00, No.
de série 03814979.

Accessories: This device can be used
with any approved and compatible
accessory.

Accessoires: Cet appareil peut être
utilisé avec n'importe quel accessoire
compatible et approuvé.

Description:

Description:

Columns;

i) ¼" O.D. by six feet long,
silicagel SX143-3, 80/100 mesh.

ii) ¼" O.D. by six feet long,
Porapak S

Colonnes:

i) ¼ po. de diamètre extérieur sur
six pieds de long, gel de silice
SX143-3, granulométrie de 80/100.

ii) ¼ po. de diamètre extérieur sur
six pieds de longueur, Porapak S.

Temperature;

Column, 160°C (isothermal)
Detector, 200°C

Température:

Colonne, 160°C (isotherme)
Détecteur, 200°C

Carrier Gas;

i) Helium
ii) Flowrate, 50 ml/min.

Gaz porteur:

i) Hélium
ii) Débit, 50 mL/min

.../2

- 2 -

Peripheral Equipment:

Integrator; Infotronics CRS-104
Recorder; Houston Instrument
Omniscibe Model Number 511X-4K,
Serial No. 5/5021-1649

Matériel périphérique:

Intégrateur: Infotronics CRS-104
Enregistreur: Houston Instrument
Omniscibe, No. de modèle 511X-4K,
No. de série 5/5021-1649.

Terms and Conditions: These device(s) are permitted to be used in trade in accordance with the measurement practice and procedures outlined in Parts VI-C and VI-D of the Departmental Instructions for the Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices, providing that the stipulations and requirements of Special Approval SPG-250-1 are followed.

Conditions d'approbation: Ces appareils peuvent être utilisés dans le commerce conformément aux pratiques de mesurage stipulées dans les parties VI-C et VI-D des Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires, pourvu que les exigences stipulées dans l'avis d'approbation spéciales SPG-250-1 soient satisfaites.

Reference No.: G6635-C641

No. de référence: G6635-C641



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

20 1983