



NOV 22 1982

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

THIS NOTICE SUPPLEMENTS SPECIAL APPROVAL
SPG-268 DATED November 26, 1981.

LE PRÉSENT AVIS D'APPROBATION REMPLACE
L'AVIS SPG-268 EN DATE DU 26 novembre
1981.

Company: Nova, an Alberta Corporation
205 Fifth Avenue, S.W.
Calgary, Alberta
T2P 2N6
Attn: Mr. Tom Malachuk
Lab. Supervisor

Société: Nova, société d'Alberta
205 Fifth Avenue, S.W.
Calgary, Alberta
T2P 2N6

A l'attention de: M. Tom Malchuk
Surveillant de laboratoire

Manufacturer:
i) Hewlett Packard
ii) Varian

Fabricant:
i) Hewlett Packard
ii) Varian

Type of Device:
i) Hewlett Packard isothermal 5710A gas
chromatograph.

Appareils:
i) Chromatographe en phase gazeuse
isotherme 57104A de Hewlett Packard.

ii) Varian 3700 gas chromatograph

ii) Chromatographe en phase gazeuse
Varian 3700.

Accessories: This device can be used
with any approved and compatible
accessory.

Accessoires: L'appareil peut être
utilisé avec n'importe quel accessoire
compatible approuvé.

Description: The chromatographic systems
remain unchanged from those described in
Special Approval SPG-268 except for the
following:

Description: Les chromatographes sont
identiques à ceux décrits dans l'avis
d'approbation spéciale SPG-268, à
l'exception des changements suivants:

i) Hewlett Packard isothermal 5710A gas
chromatograph; current 272 milliamps

i) Chromatographe en phase gazeuse
isotherme 57104A de Hewlett Packard:
courant de 272 mA.

ii) Varian 3700 gas chromatograph carrier
gas: 12.8 cc/min.

ii) Chromatographe en phase gazeuse
Varian 3700, gaz porteur:
12.8 cm³/min.

.../2


- 2 -

Terms and Conditions: The device is permitted to be used in trade in accordance with sound measurement practice and providing the stipulations and requirements as set out in Special Approval SPG-268 are followed.

Modalités: L'appareil peut être utilisé dans le commerce pourvu que son utilisation soit régie par des pratiques de mesurage précises et que les exigences stipulées dans l'avis d'approbation SPG-268 soient satisfaites.

Reference NO.: G6635-N376

No. de référence: G6635-N376



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV 22 1982

cc: L. Hewitt, District Manager (E&G) Calgary, Alberta
F. Nash, District Manager (E&G) Edmonton, Alberta