



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

Copy - LAB FILE

APPROVAL NO. - N° D'APPROBATION
SPG-269

MAY
MAI 3 1983

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

THIS NOTICE SUPERCEDES SPECIAL APPROVAL
SPG-263

Company: Nova, An Alberta Corporation
P.O. Box 2330
Edmonton, Alberta
T5J 2R1
Attn: Mr. R.B. Haynes
Manager
Gas Control and
Measurement

PART I

Manufacturer:

- I) Waugh Controls Corporation
- II) UGC Industries, Inc.

Type and Identification of Devices:

(I) Waugh Electronic Flow Computers,
model 1110-2, serial numbers;

- (a) 10411 (Empress 100)
- (b) 10410 (Empress 200)
- (c) 10416 (Empress 300)
- (d) 10417 (Empress 400)

(II) UGC Industries Gravimeters,
model G1, with 4-20mA transmitters,
serial numbers;

- (a) 2249 (Empress 100)
- (b) 2250 (Empress 200)
- (c) 2247 (Empress 300)
- (d) 2248 (Empress 400)

Location of Devices:

(I) Metering stations designated
Empress 100 and 200 are located in the
Empress North Metering Facility.
- L.S.D.; 15-9-20-1, W4M

(II) Metering stations designated
Empress 300 and 400 are located in the
Empress Central Metering Facility.
- L.S.D.; -10-9-10-1, W4M

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

LE PRÉSENT AVIS REMPLACE L'AVIS D'APPROBA-
TION SPÉCIALE SPG-263

Société: Nova, An Alberta Corporation
P.O. Box 2330
Edmonton, Alberta
T5J 2R1

A l'attention de: Mr. R.B. Haynes, gérant
Mesure du gaz

PARTIE I

Fabricants:

- I) Waugh Controls Corporation
- II) UGC Industries, Inc.

Type et désignation des appareils:

(I) Débitmètres électroniques Waugh,
modèle 1110-2, portant les numéros de
série suivants:

- (a) 10411 (Empress 100)
- (b) 10410 (Empress 200)
- (c) 10416 (Empress 300)
- (d) 10417 (Empress 400)

(II) Densimètres UGC Industries, modèle
G1, munis de 4 transmetteurs de 20 mA et
portant les numéros de série suivants:

- (a) 2249 (Empress 100)
- (b) 2250 (Empress 200)
- (c) 2247 (Empress 300)
- (d) 2248 (Empress 400)

Emplacement des appareils:

(I) Les postes de mesure désignés Empress
100 et 200 sont installés à la station de
mesure Empress North.
- L.S.D.; 15-9-20-1, W4M

(II) Les postes de mesure désignés Empress
300 et 400 sont installés à la station de
mesure Empress Central.
- L.S.D.; -10-9-10-1, W4M

Description: The measurement devices detailed above are approved as part of a Real Time Measurement System comprised of four separate metering stations. Empress 100 and 200 are each comprised of four orifice runs and Empress 300 and 400 are each comprised of five orifice runs. The flow computers located on each measuring system are to have separate inputs for differential pressure and static pressure, for each orifice run. In addition there are to be common inputs for temperature, gravity and heating value which are to be representative of these parameters for each metering station.

The Waugh Model 1100-2 flow computers, utilized under this special approval are to incorporate as a minimum for each orifice run, one non-resettable mechanical counter, registering accumulated flow at standard conditions. The description of these counters are as follows:

Manufacturer: Sodeco

Model Number: RG082E

Number of Digits: 8, no reset

Max. Counting Rate: 25 impulses/sec.

Operating Voltage: 24 VDC.

Supercompressibility factor is to be calculated by the computer in accordance with AGA Report NX-19. CO₂ and N₂ content is to be determined for each metering system by the analysis of a gas sample continuously collected over a seven-day period, the representative values are to be programmed into the respective flow computer. Relative density is to be continuously fed into the computers by the on-line gravimeters.

Description: L'utilisation des appareils de mesure décrits ci-haut avec un ensemble de mesure en temps réel composé de quatre différents postes de mesure est approuvée en vertu des présentes. Les postes de mesure Empress 100 et 200 comprennent chacun quatre compteurs à orifice tandis que les postes Empress 300 et 400 en comprennent cinq. Les paramètres de pression différentielle et de pression statique programmés dans les débitmètres de chaque ensemble de mesure doivent être différents pour chaque compteur. De plus, les paramètres de température, de densité et de pouvoir calorifique programmés doivent être identiques dans tous les cas et doivent refléter ces conditions pour chacun des postes de mesure.

Les débitmètres Waugh de modèle 1100-2 utilisés en vertu du présent avis spécial doivent comprendre au moins un compteur mécanique, sans remise à zéro, par compteur à orifice aux fins d'enregistrement du débit cumulatif dans des conditions normales. Ces compteurs sont comme suit:

Fabricant: Sodeco

Numéro de modèle: RG082E

Nombre de chiffres: 8, sans remise à zéro

Régime maximal d'enregistrement: 25 impulsions/seconde

Tension de service: 24 Vc.c.

Le facteur de surcompressibilité doit être calculé par l'ordinateur conformément au rapport NX-19 de l'AGA. La teneur en CO₂ et en N₂ doit être déterminée pour chaque ensemble de mesure; à cette fin, un échantillon de gaz est prélevé continuellement pendant sept jours aux fins d'analyse et les résultats doivent être programmés dans le débitmètre. Les densimètres reliés en permanence doivent transmettre à l'ordinateur un relevé continu de la densité relative.

PART II

TERMS AND CONDITIONS:

1) Manner of Use: The devices described above are permitted to be used in trade in accordance with sound measurement practice, installation instructions provided by the manufacturer and subject to applicable safety codes.

2) Specifications for Installation and Use: Installation and use are permitted only under environmentally controlled conditions at the locations delineated above.

3) Required Markings:

1) The following "user" markings are required to appear in a suitable permanent presentation and in a visible location for each flow computer:

(a) Programmed Atmospheric Pressure
 (b) Programmed Base Pressure
 (c) Programmed Base Temperature
 (d) Programmed scaling for each of the flowing common inputs:

- line temperature
- gravity
- heating value

(e) Programmed scaling factor for each of the static and differential pressure inputs.

11) Each mechanical non-resetable readout shall be identified to its corresponding orifice meter, and the units of measurement representing the totalized corrected volume, with the appropriate multiplier factor shall appear on each of the counters.

PARTIE II

CONDITIONS D'APPROBATION:

1) Modalités d'application: Les appareils visés peuvent être utilisés à des fins commerciales pourvu qu'ils le soient selon une méthode de mesure fiable, qu'ils soient installés conformément aux instructions fournies par le fabricant et qu'ils satisfassent aux exigences des codes de sécurité pertinents.

2) Restrictions relatives à l'installation et à l'utilisation: Les appareils peuvent uniquement être installés et utilisés aux endroits susmentionnés, dans un environnement contrôlé.

3) Marquages:

1) Les inscriptions d'utilisation suivantes doivent figurer de façon permanente sur chaque débitmètre, à un endroit visible:

(a) Pression atmosphérique programmée
 (b) Pression de base programmée
 (c) Température de base programmée
 (d) Echelle de mesure programmée pour chacun des paramètres de débit suivants:

- température de ligne
- densité
- pouvoir calorifique

(e) Echelle de mesure programmée pour chacun des paramètres de pression statique et de pression différentielle.

11) Chaque indicateur mécanique sans remise à zéro doit être identifié en relation avec le compteur à orifice qui lui est associé, et l'unité de mesure utilisée pour le calcul du volume total corrigé, accompagnée du facteur de multiplication approprié, doit figurer sur chaque compteur.

TERMS AND CONDITIONS - Continued

4) Sealing Requirements: In order to allow regular maintenance to the devices described in this document, the requirement for sealing is waived. However, the devices are only permitted to be used in a high security area and it is the responsibility of the user to ensure against unauthorized tampering.

5) Other Terms and Conditions: There shall be one approved/verified and properly maintained differential pressure and static pressure recorder installed per orifice meter run, to serve as back-up for the approved measurement system.

6) Verification Instructions: Refer to the Technical Gas Circular G-82-6 for verification of the flow computers.

Reference NO.: G6635-N376

Chef
Legal Metrology Laboratories

MAY
MAI

3 1983

cc: District Manager (E&G) Calgary

CONDITIONS D'APPROBATION: Suite

4) Plombage: Afin de permettre que les appareils soient vérifiés régulièrement aux fins d'entretien, les exigences de plombage ne s'appliquent pas. Toutefois, il incombe à l'utilisateur de protéger les appareils contre toute intervention non autorisée.

5) Autres conditions: Un enregistreur de pression statique et de pression différentielle approuvé et vérifié, bien entretenu, doit être installé sur chaque compteur à orifice comme élément de relève du présent ensemble de mesure.

6) Instructions de vérification: Se référer à la Circulaire technique du gaz G-82-6 pour la vérification des débitmètres.

No. de référence: G6635-N376

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

cc: Gérant de district (E&G) Calgary