



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'industrie (stylé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

TYPE OF DEVICE

Electronic Automatic In-Motion Weighing Device

TYPE D'APPAREIL

Appareil électronique de pesage automatique et dynamique

APPLICANT

Mettler-Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio 43085
USA / ÉU

REQUÉRANT

MANUFACTURER

Mettler-Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio 43085
USA / ÉU

FABRICANT

MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

IND560DYN **or/ou** IND9D56 + 9476 **or/ou** 9477
IND570DYN + 9477

USE

- General Use
- Restricted Use

USAGE

- Usage général
- Usage restreint

SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [], $d \neq e$.
E_{max}: load cell capacity

PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un « C » (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un « M » (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe « X » indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe « --- » indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [], $d \neq e$.
E_{max}: portée de la cellule de pesage.

SECTION 2 - TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics

PARTIE 2 - TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Model Modèle	C or / ou M	Class Classe	Max	E _{max}	e [d]	n _{max}	e _{min}	Temp.
IND560DYN or/ou IND9D56 + 9476 or/ou 9477	C	Reg. 174	100 kg 250 lb	50 kg	See Note / Voir Note	5000	---	0 °C to / à 40 °C
IND570DYN + 9477								

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

Models IND560DYN and IND9D56 are indicating elements that form a complete device when combined with a model 9476 or 9477 conveyor load receiving and weighing element. Model IND570DYN is an indicating element that forms a complete device when combined with model 9477 conveyor load receiving and weighing element.

Note: "e" must be set so that the complete device conforms to sections 172(5) and 172(6) of the Weights and Measures Regulations, while also having no greater than 5000 graduations.

The 9476 and 9477 load receiving and weighing conveyors can operate from 9.1 m/min to 70.1 m/min when set to capacities up to 50 kg (110 lb) and may operate from 12.2 m/min to 48.8 m/min when set to capacities up to 100 kg (250 lb).

The minimum and maximum dimensions of the item that can be weighed will be determined by the length, width, and conveyor belt speed of the device and must be marked on the device at the initial inspection.

/

Les modèles IND560DYN et IND9D56 sont des indicateurs qui, combinés au modèle 9476 ou 9477 de convoyeur récepteur de charge et peseur, constituent un appareil complet. Le modèle IND570DYN est un indicateur qui, combiné au modèle 9477 de convoyeur récepteur de charge et peseur, constitue un appareil complet.

Remarque : «e» doit être configuré sorte que l'appareil complet soit conforme aux articles 172(5) et 172(6) du Règlement sur les poids et mesures, tout en ayant un maximum de 5000 échelons.

La vitesse des convoyeurs récepteurs et peseurs modèles 9476 et 9477 peut varier de 9.1 m/min à 70.1 m/min pour une portée allant jusqu'à 50 kg (110 lb), et elle peut varier de 12.2 m/min à 48.8 m/min pour une portée allant jusqu'à 100 kg (250 lb).

Les dimensions minimales et maximales de l'article pouvant être pesé sont déterminées par la longueur, la largeur et la vitesse de la courroie transporteuse de l'appareil, et doivent être marquées sur l'appareil à l'inspection initiale.

Capacity / Portée	Speed / Vitesse	
	Min	Max
50 kg	9.1 m / min	70.1 m / min
100 kg	12.2 m / min	48.8 m / min

SECTION 3 - Device Description

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features**PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole « X » qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole « --- » signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux

Models / Modèles →	IND560DYN	IND9D56	IND570DYN
General / Générales			
Material / Matériel	Stainless Steel / Acier Inoxydable	Stainless Steel and Aluminium / Acier Inoxydable et Aluminium	Stainless Steel / Acier Inoxydable
Power Supply / Alimentation électrique ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	① 120 - 240 V AC / V c.a.		① 100 - 240 V AC / V c.a.
Communication ① Wired / Câblé ② Wireless / Sans fil	①		
Weighing Range Type / Type d'étendue de pesage ① Single Range / Étendue simple ② Multi-Interval / Échelons multiples ③ Multiple Range / Étendue multiple	①		
Integrated Printer / Imprimante intégrée	---		
Signal received / Signal reçu ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	---		
Markings / Marquages	Adhesive "VOID" label, with clear overlay / Étiquette adhésive « VOID », recouvert de protecteur transparent The maximum capacity and the division size 'e' must be marked near the display at the initial examination. / La capacité maximale et la valeur de l'échelon 'e' doivent être marquées à côté de l'afficheur à l'examen initial.		
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:			

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models / Modèles →	IND560DYN	IND9D56	IND570DYN
Metrological Functions / Fonctions métrologiques			
Zero Setting Mechanisms (ZSM) / Dispositif de mise à zéro (DMZ) ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM) / Automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)		①③④	
Tare (Type) ① Platter / Plateau Keyboard / clavier ② ③ % Automatic / automatique ④ ⑤ Proportional / proportionnelle ⑥ Programmable		①②	
Price Computation / Calcul des prix ① \$/kg \$/lb ② ③ \$/100g (Postal Scales Only) \$/oz ④		---	
Weigh-in - weigh-out / Pesage entrée - sortie		---	
Sleep Mode / Mode sommeil ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt	---		①
Operator's Display / Afficheur destiné à l'opérateur			
Number of Display Windows / Nombre de fenêtres d'affichage		1	
Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres ① Gross / Brut Tare ② ③ Net Unit Price / Prix unitaire ④ ⑤ Total Price / Prix total	①②③ Vacuum fluorescent display (VFD) / Affichage fluorescent sous vide 8 digits / chiffres		①③ LED / DEL – 5 digits / chiffres ② LED / DEL – 7 digits / chiffres
Units of measure / Unités de mesure		kg , lb	

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models / Modèles →	IND560DYN	IND9D56	IND570DYN
Metrological Annunciators / Voyants métrologiques ① Net Weight / Poids net ② Centre of Zero / Centre du zéro ③ Unit of Measure / Unité de mesure ④ Motion / Mouvement ⑤ Tare Entered / Entrée de tare ⑥ Range Selection / Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection / Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging / Pré-emballage ⑨ Battery Status / État des piles ⑩ Other / Autres	①②③④⑤ ⑩ Gross / Brut		
Customer's Display / Afficheur destiné aux clients			
NA / s.o.			
Keyboard and Operator Controls / Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur			
Total Number of Keys / Nombre total de touches	25		26
Numeric Keypad / Clavier numérique	X		
Zero Key / Touche zéro	X		
Tare Key / Touche de tare	X		
Selection Key / Touche de sélection ① Gross Mode / Mode brut → Net ② Gross Mode / Mode brut → Net → Tare	---		
Unit of measure selection key / Touche de sélection d'unité de mesure	--- ¹		
Range Selection / Sélection de l'étendue	---		
① Weighing Element Selection (Multiplex) / Sélection du dispositif peseur (Multiplex) ② Multiple Weight Indications / Indications de poids multiples ③ Summing / Sommation	---		
Price Look Up (PLU) / Touche Rappel du prix (TRP)	---		

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models / Modèles →	IND560DYN	IND9D56	IND570DYN
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:			
Models IND560DYN and IND9D56 are identical except that the IND9D56 is a panel mount version housed in a cabinet. / Les modèles IND560DYN et IND9D56 sont identiques à l'exception du modèle IND9D56 qui est monté sur un panneau et logé dans un boîtier.			
The indicators have 5 programmable keys. / Les indicateurs possèdent 5 touches programmables.			
1) While the device is capable of unit conversion, it does not have a dedicated unit conversion key. Instead this function may be assigned to one of the 5 programmable keys. / Bien que l'appareil soit capable d'effectuer la conversion des unités, il ne dispose pas d'une touche réservée à cette fonction. Cette fonction peut être attribuée à l'une des cinq touches programmables.			

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

Models / Modèles →	9476, 9477
General / Générales	
Platter Dimensions / Dimensions du plateau	Width x Length ² / Largeur x Longueur ² ① 30.5 cm x 61.0 cm / 12 in x 24 in ② 30.5 cm x 76.0 cm / 12 in x 30 in ③ 46.0 cm x 61.0 cm / 18 in x 24 in ④ 46.0 cm x 76.0 cm / 18 in x 30 in ⑤ 46.0 cm x 91.5 cm / 18 in x 36 in ⑥ 61.0 cm x 91.5 cm / 24 in x 36 in ⑦ 61.0 cm x 122.0 cm / 24 in x 48 in ⑧ 61.0 cm x 152.5 cm / 24 in x 60 in ⑨ 76.0 cm x 122.0 cm / 30 in x 48 in ⑩ 76.0 cm x 152.5 cm / 30 in x 60 in
Power Supply / Alimentation électrique ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	① 208 - 230 V AC / V c.a.
Material / Matériau ① Housing / Boîtier ② Frame / Châssis ③ Sub-frame / Sous châssis ④ Platter / Plateau	②③ Steel / Acier ④ PVC conveyor belt / convoyeur à courroie PVC
Level / Niveau	---
Adjustable Feet / Pieds réglables	X
Stops / Butées	X

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs (suite)

Models / Modèles →	9476, 9477
Signal transmitted / Signal transmis ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	---
Installation ① Permanent / Permanente ② Mobile	①
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations: 2) The platter dimensions match the corresponding itemized number under the maximum distance between load cells. / Les dimensions correspondent au numéro détaillé correspondant sous la séparation maximale entre les cellules de pesage. Models 9476 and 9477 are identical except for the photo-eyes used to detect the beginning and end of an object. / Les modèles 9476 et 9477 sont identiques à l'exception de la cellule photoélectrique laser utilisée pour détecter le début et la fin d'un objet.	
Load Cells / Cellules de pesage	
Number of Load Cells / Nombre de cellules de pesage	4
Max distance between load cells (centre to centre) / Séparation maximale entre les cellules de pesage (centre à centre)	Width x Length / Largeur x Longueur ① 35.5 cm x 61.0 cm / 14 in x 24 in ② 35.5 cm x 76.0 cm / 14 in x 30 in ③ 51.0 cm x 61.0 cm / 20 in x 24 in ④ 51.0 cm x 76.0 cm / 20 in x 30 in ⑤ 51.0 cm x 91.5 cm / 20 in x 36 in ⑥ 66.0 cm x 91.5 cm / 26 in x 36 in ⑦ 66.0 cm x 122.0 cm / 26 in x 48 in ⑧ 66.0 cm x 152.5 cm / 26 in x 60 in ⑨ 81.5 cm x 122.0 cm / 32 in x 48 in ⑩ 81.5 cm x 152.5 cm / 32 in x 60 in
Type	Single-ended (bending) / Appui simple (flexion)
Make and Model	Mettler-Toledo model 777 / Mettler-Toledo modèle 777
Assembly / Montage ① Bolted / Boulonnée(s) ② Other / Autre *	①
Location / Localisation	Bolted to the four corners of the frame / Boulonnées au quatre coins du châssis
Load Transmission / Transmission de la charge ① Direct / Directe ② Indirect / Indirecte	①
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:	

SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters
PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration

Models / Modèles →	IND560DYN or/ou IND9D56 + 9476 or/ou 9477, IND570 + 9477
Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique	②
Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories ① Category 1 / Catégorie 1 ② Category 2 / Catégorie 2 ③ Category 3 / Catégorie 3	---

SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters
PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration

Models / Modèles →	IND560DYN or/ou IND9D56 + 9476 or/ou 9477, IND570DYN + 9477
Method of Sealing / Méthode de scellage ① Wire and Seal / Fil et sceau ② Paper Seal / Sceau papier ③ Event Counters / Compteurs d'événements ④ Event Logger / Enregistreur d'événements ⑤ Other / Autre	① The indicator and the load cell junction box are sealed with a wire security seal. Metrological parameters can be adjusted when the internal switch, protected by a wire sealed cover at the back of the indicator, is enabled. To verify that the switch is set to "off", press the Recall icon, then press the Metrology Recall icon. On the display, the Security Switch must show its status as "Approved" "Locked" for the device to be Legal For Trade. / ① L'indicateur et la boîte de jonction des cellules de pesage sont scellés au moyen d'un fil métallique de sécurité. Le réglage des paramètres métrologiques est rendu possible en activant l'interrupteur interne protégé par un couvercle scellé par un sceau à fil situé au dos de l'indicateur. Pour vérifier que l'interrupteur est dans la position "désactivé", appuyez sur l'icône «Recall», puis sur l'icône «Metrology Recall». L'indicateur devrait à ce moment montrer que l'interrupteur (Security Switch) est dans la position «Approved» «Locked» pour que l'appareil soit légal pour usage commercial.

SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements
PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage

Models / Modèles →	IND560DYN or/ou IND9D56 + 9476 or/ou 9477, IND570DYN + 9477
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-Under Target Function / Fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	While the function ② can be used for trade transactions it has not been evaluated by Measurement Canada and is not covered by this Notice of Approval. / Bien que la fonction ② puisse être utilisée dans des transactions commerciales, elle n'a pas été évaluée par Mesures Canada et n'est pas couverte par le présent avis d'approbation. ③ Device must be affixed permanently and according to the manufacturer's specifications. / L'appareil doit être fixé de façon permanente et conformément aux spécifications du fabricant.

SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements (Continued)**PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage (suite)**

Models / Modèles →	IND560DYN or/ou IND9D56 + 9476 or/ou 9477, IND570DYN + 9477
	<p>④ This device is designed to weigh automatically and in-motion prepacked commodities. It shall not be used for direct sales. The device must be marked "For Dynamic Automatic Weighing Only - Static Weighing on this device is not legal for trade." / L'appareil est conçu pour un pesage automatique et en mouvement de marchandises préemballées. Il ne doit pas être utilisé pour la vente directe. L'appareil doit avoir le marquage suivant: « Pour pesage automatique dynamique seulement – Le pesage statique au moyen de cet appareil n'est pas légal pour le commerce. »</p>

SECTION 6 - Limitations and Use Requirements

This device is designed to weigh automatically and in-motion prepacked commodities. The weighing operation is performed without the intervention of an operator and follows a pre-determined program of automatic processes. It shall not be used for direct sale.

The minimum and maximum dimensions of the item that can be weighed will be determined by the length, width and conveyor belt speed of the device and must be marked on the device at initial inspection.

SECTION 7 - Terms and Conditions

NA

SECTION 8 - Photographs and Drawings

Typical 9476/9477 weigh conveyor / Transporteur de pesage modèle 9476/9477 typique

PARTIE 6 - Les restrictions et exigences d'utilisation

L'appareil est conçu pour un pesage automatique et en mouvement de marchandises préemballées. Le pesage est effectué sans l'intervention d'un opérateur, conformément à un programme prédéterminé de procédés automatiques. Cet appareil de pesage ne doit pas être utilisé pour la vente directe.

Les dimensions minimales et maximales de l'article pouvant être pesé sont déterminées par la longueur, la largeur et la vitesse de la courroie transporteuse de l'appareil, et doivent être marquées sur l'appareil à l'inspection initiale.

PARTIE 7 - Termes et conditions

s.o.

PARTIE 8 - Photos et dessins

SECTION 8 - Photographs and Drawings (Continued)

PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)




Typical Model IND9D56 / Modèle typique IND9D56



Typical Model IND570DYN / Modèle typique IND570DYN



Typical Model IND560DYN / Modèle typique IND560DYN



**Typical Load Cell Mounting /
Montage typique des cellules de pesage**

SECTION 8 - Photographs and Drawings (Continued)

**Typical Sealing for wall mount version/
Scellage typique pour la version montage mural**

PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)

**Typical Sealing for panel mount version /
Scellage typique pour la version à montage sur panneau**

SECTION 9 - Evaluated by

This device was evaluated by:

Original: Milton Smith **Issue Date:** 2009-09-23
Senior Legal Metrologist

Tested by Measurement Canada

Revision 1: Daljit Dhaliwal
Legal Metrologist

IND570 is tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition Arrangement. See AM-5933.

SECTION 10 - Revision**Revision 1**

The purpose of revision 1 is to add an indicator IND570DYN to model 9477 conveyor load receiving and weighing element.

PARTIE 9 - Évalué par

Cet appareil a été évalué par :

Original: Milton Smith **Date d'émission:** 2009-09-23
Métrologue légal principal

Testé par Mesures Canada

Révision 1: Daljit Dhaliwal
Métrologue légale

IND570 est testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle États-Unis-Canada. Voir AM-5933.

PARTIE 10 - Révision**Révision 1**

La révision 1 vise à ajouter un indicateur IND570DYN au modèle 9477 de convoyeur récepteur de charge et peseur.

SECTION 11 - Approval

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*, notably article 174 of the Regulations. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the *Weights and Measures Regulations*. Installation and use requirements are set forth in Part V of the *Weights and Measures Regulations*.

SECTION 12 - Signature and Date

Ronald Peasley
Senior Engineer - Gravimetry
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on:

PARTIE 11 - Approbation

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, notamment l'article 174 du Règlement, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, aux normes et aux modalités établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du *Règlement sur les poids et mesures*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V du Règlement sur les poids et mesures.

PARTIE 12 - Signature et date

Ronald Peasley
Ingénieur principal - Gravimétrie
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le:

Original copy signed by: / Copie authentique signée par:

2019-06-03

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>