



Date: November 15, 2007

File number: 26686-APAM050110

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Weighing and Measuring Devices**

Type of Device

Electronic Bech Scale

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of Notice of Approval AM-5335 and any subsequent revisions to this Notice of Approval.

Applicant

Mettler Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio, 43085
USA

Description of Modifications

- The purpose of this modification is to add the following models:

Model/ Modèle	Max	e	N _{max}	d	Class/ Classe
JB703-C/A-F	700 ct / 140 g	0.01 ct/ 0.01 g	70 000	0.001 ct / 0.001 g	I / II
JB1203-C/A-F	1200 ct / 240 g	0.01 ct/0.01 g	120 000	0.001 ct / 0.001 g	I / II

Explanation of Codes:

C- Indicates display capability in carats , /A - indicates that the scale is an approved device , -F indicates Fully Automatic Calibration Technology.

- The purpose of the modification is also to indicate that the acronym "FACT" can also be represented by the suffix "F".

These models are metrologically equivalent and within the capacity limits of the scales already approved.

Original signed by:

Jean Lemay
Technical Coordinator
Mass Measurement Discipline



Date: 15 novembre, 2007

Dossier: 26686-APAM050110

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Balance électronique de table

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation AM-5335 et de toutes révisions subséquentes.

Requérant

Mettler Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio, 43085
É.U.

Descriptions des modifications

- Cette modification vise à ajouter les modèles suivants:

Model/ Modèle	Max	e	N _{max}	d	Class/ Classe
JB703-C/A-F	700 ct / 140 g	0.01 ct/ 0.01 g	70 000	0.001 ct / 0.001 g	I / II
JB1203-C/A-F	1200 ct / 240 g	0.01 ct/0.01 g	120 000	0.001 ct / 0.001 g	I / II

Signification des codes:

C -Indique la disponibilité de peser en carats, -A Indique un appareil approuvé, -F indique technologie étalonnage entièrement automatique

- Cette modification vise aussi à indiquer que l'acronyme "FACT" peut aussi être remplacé par le suffixe "F" dans le numéro de modèle.

Ces modèles sont équivalents métrologiquement et dans les capacités limites des appareils déjà approuvés.

Copie authentique signée par:

Jean Lemay
Coordonnateur en technologie
Discipline des masses