



Date: 2017-01-24
Project: AP-AM-16-0041

MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Weighing and Measuring Devices

Type of Device

Electronic In-Motion Multiple Dimension Measuring Device

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

AM-5742C, AM-5774C, AM-5976C

Applicant

SICK Inc.
800 Technology Dr.
Stoughton, MA
02072
USA / É.U.

Description of Modifications

The purpose of this modification is to add an alternate primary operator's display to the above approved devices. If this new display is used, it replaces the already approved primary display. This new display is sealed with a wire threaded through 3 drilled-head screws. See last page for photographs.

Original copy signed by:

Nathan Fowler
Acting Laboratory Manager
Mass Measurement Discipline



Date : 2017-01-24

Projet : AP-AM-16-0041

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Appareil électronique de mesure multidimensionnelle en mouvement

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'(les) avis d'approbation suivant(s) :

Numéro d'approbation

AM-5742C, AM-5774C, AM-5976C

Requérant


SICK Inc.
800 Technology Dr.
Stoughton, MA
02072
USA / É.U.

Descriptions des modifications

Cette modification vise à ajouter un afficheur principal alternatif, destiné à l'opérateur, aux appareils approuvés ci-dessus. Si ce nouvel afficheur est utilisé, il remplace l'afficheur principal déjà approuvé. Ce nouvel afficheur est scellé avec un fil, passé à travers 3 vis à têtes percées. Voir la prochaine page pour les photos.

Copie authentique signée par :

Nathan Fowler
Gestionnaire du laboratoire par intérim
Discipline des masses



Typical Display with Error Code / Affichage typique avec code d'erreur



Typical Sealing (3 Drilled-head Screws) / Scellage Typique (3 vis à têtes percées)