



**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER
(MAL)**

for

Approved Weighing and Measuring Devices

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval. The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice of Approval:

**LETTRE D'ACCEPTATION DE
MODIFICATION (LAM)**

pour

Appareils de pesage et de mesure approuvés

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes. Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'avis d'approbation suivant:

APPROVAL NUMBER / NUMÉRO D'APPROBATION

AM-5623C

TYPE OF DEVICE

Multiple Dimension Measuring Device and
Electronic Scale

TYPE D'APPAREIL

Appareil de mesure multidimensionnelle et Balance
électronique

APPLICANT

Quantronix Inc.
314 S. 200 W., P.O. Box 929
Farmington, Utah
84025
USA / É.U.


REQUÉRANT

DESCRIPTION OF MODIFICATIONS

The purpose of this modification is to update Section 5 and Section 6:

The object must be placed flat against the front edge of the device and positioned centrally over the black strip that runs perpendicular to the front edge.

PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS



Object placement for Legal for Trade measurement / Placement d'objets pour la mesure de Legal for Trade

SIGNATURE AND DATE

Nathan Fowler
Laboratory Manager
Mass Measurement Discipline

Modification Acceptance Letter issued on: 2022-10-12

SIGNATURE ET DATE

Nathan Fowler
Gestionnaire du laboratoire
Discipline des masses

Lettre d'acceptation de modification émis le: 12-10-2022

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>