



Date: November 14, 2003

File number: 26686-AP-AM-03-0083

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Weighing and Measuring Devices**

Type of Device

Electronic Computing Scale

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of Notice of Approval AM-5414 and any subsequent revisions to this Notice of Approval.

Applicant

Mettler-Toledo
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio, 43085

Description of Modifications

- Correction of Max₂ under RATING

Max₁: 0 - 6 kg e₁: 0.002 kg
Max₂: 6 - 15 kg e₂: 0.005 kg

Original copy signed by:

Michel Maranda
Technical Coordinator
Mass Measurement Discipline



Date: 14 novembre 2003

Dossier: 26686-AP-AM-03-0083

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Balance calculatrice électronique

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation AM-5414 et de toutes révisions subséquentes.

Requérant

Mettler-Toledo
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio, 43085

Descriptions des modifications

- Correction de Max₂ sous CLASSEMENT

Max₁: 0 - 6 kg e₁: 0.002 kg
Max₂: 6 - 15 kg e₂: 0.005 kg

Copie authentique signée par:

Michel Maranda
Coordonnateur en technologie
Discipline des masses