



Legal Metrology
Métrologie légale

NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION

S.WA-X147 Rev. 1

Ottawa, JUN 8 1982

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES THE
NOTICE OF APPROVAL S.WA-X147 DATED JULY
10, 1979.

LE PRESENT AVIS REMPLACE L'AVIS
D'APPROBATION S.WA-X147 EN DATE DU 10
JUILLET 1979

Company: Ametron Western Hemisphere Inc.
Mississauga, Ont.

Société: Ametron Western Hemisphere Inc.
Mississauga, Ont.

Manufacturer: Streeter - Amet, Division
of Mangood Corporation.

Fabricant: Streeter - Amet, filiale de
Mangood Corporation.

Type of Device: Static electronic,
combination rail/road scale weighbridge.

Appareil: Pont-basculer routier et
ferroviaire combiné, électronique,
statique.

Capacity and Readout Increments: 400 000
lbs. or 181 440 kg. The increments on
the rail readout is 50 lb or 20 kg.

Portée et échelon d'affichage: 400 000 lb
ou 181 440 kg. L'échelon d'affichage de
l'indicateur du pont-basculer ferroviaire
est de 50 lb ou 20 kg.

The increments on the road readout is 20
lb or 10 kg.

L'affichage du pont-basculer routier se
fait par tranche de 20 lb ou de 10 kg.

Model Numbers: 4500/1, 4500/2, 4500/3,
4500/4 refer to S.WA-1501.

Numéros de Modèles: 4500/1, 4500/2,
4500/3, 4500/4 renvoient à l'avis
S.WA-1051.

Description: This device is a combina-
tion rail/road full load cell scale
weighbridge. It is comprised of a four
or five section weighbridge utilizing
eight or ten B.L.H.-C2P1 compression load
cells (2 for each section) depending on
the number of sections.

Description: Il s'agit d'un pont-basculer
ferroviaire et routier combiné à action
directe. Il est constitué de quatre ou
cinq sections comportant huit ou dix
dynamomètres de compression B.L.H.-C2P1 (2
par section) selon le nombre de sections.

.../2

Device Location:

Sydney Steel Corporation
Sydney, Nova Scotia

Protor & Gamble Ltd.
Brockville, Ontario

Approved Accessories: Hecon Ticket
Printer Remote Readout.

Reference No.: G6922-S500-22

Emplacement de l'appareil:

Sydney Steel Corporation
Sydney, Nova Scotia

Proctor & Gamble Ltd.
Brockville, Ontario

Accessoires approuvés: Imprimante de
tickets Hecon Téléindicateur.

N° de référence: G6922-S500-22



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef Intérimaire
Laboratoire de la métrologie légale