



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-X158 Rev. 1

MAR 28 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: Howe-Richardson Scale Co.
of Canada Limited
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Québec

Société: Howe-Richardson Scale Co.
of Canada Limited
217 boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec

Manufacturer: Howe-Richardson Scale co.
of Canada Limited

Fabricant: Howe-Richardson Scale Co.
of Canada Limited

Type of Device: Electronic Paper Roll.
scale.

Appareil: Bascule électronique pour
rouleaux de papier.

MODEL NUMBER
No. de modèle

CAPACITY*
Capacité*

2008/W.I.T.T.

6000 lbs.

LOAD CELL TYPE & MODEL NUMBER
Type de dynamomètre & No. de modèle

Interface Model 1121HL cap. 5000 lbs.
Interace modèle 1121HL, cap. 5000 lbs.

*or metric equivalent
*ou l'équivalent métrique

Approved Accessories: This device may be
interfaced to any approved compatible
accessory.

Accessoires Approuvés: Cet appareil
peut être relié à n'importe quel
accessoire compatible approuvé.

Application: The weighing of paper rolls
in the pulp and paper industry.

Utilisation: Pesage des rouleaux de
papier dans l'industrie des pâtes et
papiers.

Description: This device is a full
electronic "Built-in" or "Self-contained"
paper roll scale. A steel weighbridge is
supported by four(4) Interface Load Cells
and indication is by means of a W.I.T.T.
indicator.

Description: Cette bascule pour
rouleaux papier entièrement électronique
est encastrée ou autonome. Le châssis
récepteur en acier est soutenu par
quatre(4) dynamomètre Interface et
l'affichage est assuré par un indicateur
W.I.T.T.

.../2

Conditions of Approval:

(1) All printed weights not originating from the live scale weight (e.g.; keyboard or computer calculated "Theoretical" weights) must be identified as being "non-live" or "manually" entered weights.

(2) All existing installations covered by this approval are exempt from section 9 and 9.3 of the Ministerial Specifications SGM-3.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-H186-12

Chief
Legal Metrology Laboratories



W.R. Virtue

MAR 28 1983

Conditions d'approbation:

(1) Tous les poids imprimés qui ne sont pas obtenus par une pesée (par exemple, les poids théoriques calculés par le clavier ou l'ordinateur) doivent être désignés comme des poids théoriques ou introduits manuellement.

(2) Toutes les installations existantes visées par le présent avis sont exemptées de la section 9 et 9.3 de la directive ministérielle SGM-3.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-H186-12

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale