



S.WA-X179

Approval No. d'approbation

Ottawa, March 20, 1981.
le 20 mars 1981.

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Previously listed as Schedule I, Item 90

Antérieurement article 90 de la liste
d'exemption 1

Company: Western Scale Co. Limited
1670 Kingsway Avenue
Port Coquitlam, B.C.

Société: Western Scale Co. Limited
1670 Kingsway Avenue
Port Coquitlam, B.C.

Type of Device: Full Electronic Scale.

Appareil: Bascule entièrement électronique.

MODEL NUMBER

SIZE

MAXIMUM CAPACITY*

NUMÉRO DE MODÈLE

DIMENSIONS DU TABLIER

CAPACITE MAXIMALE*

40102FLC/DI 100-K1

10' x 12'

75 tons

*or metric equivalent

*ou l'équivalent métrique

Approved Accessories: This device
may be used with any approved com-
patible accessory.

Accessoires approuvés: Cet appareil peut
être utilisé avec n'importe quel accessoire
compatible approuvé.

Device Description: This device is a
full electronic platform scale, the
weighbridge is restrained both later-
ally and longitudinally by rigid check-
bars and it is supported by four (4)
compression load cells.

Description: Il s'agit d'une bascule à
tablier électronique qui comporte un
châssis récepteur dont le mouvement long-
itudinal et latéral est restreint par des
tirants rigides. Le châssis est soutenu
par quatre (4) dynamomètres de compression.

Special Conditions: 1) This approval
applies to the following installations
only:

Conditions particulières: 1) Le présent
avis ne vise que les installations suivantes:

Strathmore and Wandering River, Alberta -
Prince George, Pouche Coupe and Yahk,
British Columbia.

Strathmore et Wandering River, Alberta -
Prince George, Pouche Coupe et Yahk,
Colombie - Britannique.

Conditions of Approval: Approval is
granted under the Weights and Measures
Act, S.R.C. 1970-71-72, Chapter 36,
and the Weights and Measures Regulations
C.R.C.c., 1605 for use in Canada
under the general conditions of the
said Regulations, and under any special


Conditions d'approbation: L'approbation est
accordée conformément à la Loi sur les
poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre
36, et au règlement d'application C.R.C.c.
1605. L'emploi est autorisé au Canada sous
réserve des conditions générales dudit
règlement et de toutes les conditions

conditions listed above.


particulières formulées dans le présent avis.

File No: G6922-W172-2

Référence: Dossier G6922-W172-2



Robert Bruce, Acting Chief
Weights and Measures Division
Legal Metrology Branch



Robert Bruce, chef intérimaire
Division des poids et mesures
Direction de la métrologie légale.