



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Legal Metrology/Métrieologie légale

**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-X189

Ottawa, 1981/12/11

Company: ACO Sales & Engineering Ltd.
90 Harbour Ave.,
North Vancouver, B.C.
V7J 2E1

Société: ACO Sales & Engineering Ltd.
90 Harbour Avenue
North Vancouver, B.C.
V7J 2E1

Manufacturer:
Understructure: Toledo Scale Co.
Truck Lift: ACO Sales and
Engineering Ltd.

Fabricant:
Sous-structure: Toledo Scale Co.
Elévateur de camions: ACO Sales and
Engineering Ltd.

Type of Device: Full electronic truck
scale with an accessory truck lift.

Appareil: Pont-basculer routier électro-
nique comportant une élévateur de camions.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELLS</u> <u>Dynamomètres</u>
820 MT/S	130 000 lb or metric equivalent ou l'équivalent métrique	Toledo

Approved Accessories: Toledo Model 8805
Ticket Printer.

Accessoires approuvés: Imprimante de
tickets Toledo, modèle 8805.

Description: This device is a full
electronic Toledo Truck Scale with the
load cells mounted in compression. The
platform is held rigid by transverse and
longitudinal check-rods. This device
differs from those models listed on
S.WA-1190 by the addition of a truck
dumper platform which rests on the
platform of the scale. The platform size
is 65' x 10'.

Description: Il s'agit d'un pont-basculer
Toledo entièrement électronique comportant
des dynamomètres de compression. Des
tirants transversaux et longitudinaux
assurent la stabilité du tablier. Le
présent appareil diffère des modèles visés
par l'avis S.WA-T1190 par l'addition d'une
plate-forme de déchargement pour camions qui
repose sur le tablier du pont-basculer même
mesurant 65' x 10'.

Conditions of Approval: This approval
only applies to the Toledo model 820 MT/S
installed at St. Regis Paper Co., Hinton,
Alberta.

Condition d'approbation: Le présent avis
ne vise que le pont-basculer Toledo 820
MT/S installé à la St. Regis Paper Co.
Hinton, Alberta.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act., S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations, C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-T170-15

No. de référence: G6922-T170-15



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale