



S.WA-T190

JUN 10 1981

0 1981 Approval Listing Number

(Issued in advance of preparation of Formal Approval Notice)
 (Précédant l'émission de l'avis officiel d'approbation)

RECORD OF APPROVAL ACTION
Formule d'enregistrement de l'approbation

OTTAWA, 7-4-81

Company: Howe-Richardson Scale
 Co. of Canada Ltd.
 217 Brunswick Blvd.
 Pointe Claire, P.Q.

Société: Howe-Richardson Scale
 Co. of Canada Ltd.
 217, boul. Brunswick
 Pointe Claire, P.Q.

Manufacturer: Howe-Richardson
 Scale Co. of
 Canada Ltd.

Fabricant: Howe-Richardson Scale
 Co. of Canada Ltd.

Type of Device: Electronic Low
 Profile Motor Truck Scale.

Appareil: Pont-basculer routier
 électronique surbaissé.

<u>NUMEROS DE MODELES</u>	<u>CAPACITE*</u>	<u>DIMENSION DU TABLIER</u>	<u>NOMBRE DE SECTIONS</u>
<u>MODEL NUMBERS</u>	<u>CAPACITY*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u>	<u>NUMBER OF SECTIONS</u>
TAG-5030102	50 tons/tonnes	30' x 10'	2
TAG-5035102	50 "	35' x 10'	2
TAG-5040102	50 "	40' x 10'	2
TAG-6060103	60 "	60' x 10'	3
TAG-6070103	60 "	70' x 10'	3
TAG-6080103	60 "	80' x 10'	3
TAG-8070103	80 "	70' x 10'	3
TAG-8080103	80 "	80' x 10'	3

*ou l'équivalent métrique
 *or metric equivalent

Approved Accessories: These
 devices may be used with any
 approved compatible accessory.

Accessoires approuvés: Cet appa-
 reil peut être utilisé avec n'im-
 porte quel accessoire compatible
 approuvé.

Application: Single draft
 weighing of motor trucks.

Utilisation: Pesée simple des
 camions.

Description: This device is a full load cell low profile pitless motor truck scale, utilizing 50K Transducer or Revere compression load cells. The weighbridge is restrained longitudinally and laterally by check rods. Indication is by means of an approved compatible electronic indicator.

Description: Ce pont-bascule routier surbaissé sans fosse à action directe utilise des dynamomètres de compression de modèle 50K Transducer ou Revere. Le mouvement longitudinal et latéral du châssis récepteur est restreint par des tirants. L'affichage est assuré grâce à un indicateur électronique compatible approuvé.

Conditions of Approval:


- 1) This approval covers 5 devices only. Each device sold must be reported to the Chief, Weights and Measures by the manufacturer or distributor.
- 2) No device shall be sold for use in trade without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.
- 3) This approval to expire one year from date of issue.

File No. ~~69~~ G6922-H186-15

Conditions d'approbation:

- 1) Le présent avis ne vise que 5 appareils. Chaque appareil vendu doit être signalé au Chef de la Division des poids et mesures par le fabricant ou le distributeur.
- 2) Aucun appareil destiné à être utilisé dans le commerce ne doit être vendu sans que le client n'ait d'abord été avisé par écrit que le dispositif n'est approuvé que temporairement.
- 3) Le présent avis expire un an après sa date de parution.

Dossier no.: G6922-H186-15



R. Bruce, Acting Chief
Weights and Measures Division
Legal Metrology Branch

Chef intérimaire
Division des poids et mesures
Métrologie légale



S.WA-T190 Rev. 1

Approval Listing Number

Ottawa, JUL 26 1982

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL
Avis d'approbation temporaire

THIS NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL
SUPERSEDES S.WA-T190 DATED April 7, 1981

Le présent avis d'approbation temporaire
remplace l'avis S.WA-T190 en date du 7
avril 1981.

Company: Howe Richardson Scale Co. of
Canada Limited
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Quebec

Société: Howe Richardson Scale Co. of
Canada Limited
217 Boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec

Manufacturer: Howe Richardson Scale Co.
of Canada Limited

Fabricant: Howe Richardson Scale Co. of
Canada Limited

Type of Device: Electronic low profile
motor truck scale.

Type d'appareil: Pont-basculer routier
électronique surbaissé.

<u>MODEL NUMBER</u> No. de modèle	<u>CAPACITY*</u> Capacité*	<u>PLATFORM SIZE</u> Dimension du Tablier	<u>No. OF SECTIONS</u> No. de sections
TAG-5030102	50 tons/tonnes	30' x 10'	2
TAG-5035102	50 "	35' x 10'	2
TAG-5040102	50 "	40' x 10'	2
TAG-6060103	60 "	60' x 10'	3
TAG-6070103	60 "	70' x 10'	3
TAG-6080103	60 "	80' x 10'	3
TAG-8070103	80 "	70' x 10'	3
TAG-8080103	80 "	80' x 10'	3

*or metric equivalent

*ou l'équivalent métrique

Approved Accessories: These devices may
be used with any approved compatible
accessory.

Accessoires approuvés: Cet appareil peut
être utilisé avec n'importe quel
accessoire compatible approuvé.

Application: Single draft weighing of
motor trucks.

Utilisation: Pesée simple des camions.

Description: This device is a full load
low profile pitless motor truck
scale, utilizing 50k Transducer or Revere
compression load cells. The weighbridge
is restrained longitudinally and
laterally by check rods. Indication is
by means of an approved compatible
electronic indicator.

Description: Ce pont-basculer routier
surbaissé sans fosse à action directe
utilise des dynamomètres de compression
de modèle 50k Transducer ou Revere. Le
mouvement longitudinal et latéral du
châssis récepteur est restreint par des
tirants. L'affichage est assuré grâce à
un indicateur électronique compatible

Conditions of Approval:

(1) This approval covers 5 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of must be reported to the Head, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch in Ottawa by the manufacturer or distributor.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire on April 30, 1983.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference NO.: G6922-H186-15

Conditions d'approbation:

(1) La présente approbation ne couvre que cinq appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du Laboratoire des masses, de la Direction de la Métrologie légale, à Ottawa.

(2) Aucun appareil ne peut être vendu, loué ou cédé de quelque autre façon sans qu'une déclaration écrite soit remise à l'acheteur, avant la vente l'informant que l'appareil n'a reçu qu'une approbation temporaire.

(3) La présente approbation prendra fin le 30 avril 1983.

(4) Dès l'expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et les dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire, pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

No. de référence: G6922-H186-15


W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale



FEB - 5 1985

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

This Notice of Temporary Approval super-
sedes Notice of Temporary Approval
S.WA-T190 Revision 1 dated July 26,
1982.

Le présent avis d'approbation temporaire
remplace l'avis d'approbation temporaire
S.WA-T190 Revision 1 en date du 26
juillet 1982.

Company: Howe Richardson Canada Inc.,
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

Société: Howe Richardson Canada Inc.
217 Boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec
H9R 4R7

Manufacturer: Howe Richardson Canada Inc
Pointe Claire, Quebec

Fabricant: Howe Richardson Canada Inc.
Pointe Claire, Québec

Type of Device: Electronic low profile
motor truck scale.

Appareil: Pont-bascule routier électro-
nique surbaissé.

MODEL NUMBER
N° de modèle

CAPACITY*
Capacité*

PLATFORM SIZE
Dimensions du tablier

NO. OF
SECTIONS
N° de

TAG-4018102	40 tons/tonnes
TAG-5030102	50 "
TAG-5035102	50 "
TAG-5040102	50 "
TAG-6035102	60 "
TAG-6080103	60 "
TAG-8080103	80 "

18' x 10'	2
30' x 10'	2
35' x 10'	2
40' x 10'	2
40' x 10'	2
80' x 10'	3
80' x 10'	3

*Or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique.

Description: This device is a full load
cell low profile pitless motor truck
scale, utilizing 50k Transducer or Revere
compression or center loading load cells.
The weighbridge is restrained longitudi-
nally and laterally by check rods. Indi-
cation is by means of an approved compa-
tible electronic indicator.

Description: Ce pont-bascule routier
surbaissé sans fosse à action directe
utilise des dynamomètres de compression
ou à chargement central de modèle 50K
Transducer ou Revere. Le mouvement
longitudinal et latéral du châssis
récepteur est restreint par des tirants.
L'affichage est assuré grâce à un indi-
cateur électronique compatible
approuvé.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 10 devices
only. Each device sold, leased or other-
wise disposed of must be reported to the
Lead, Mass Laboratory, Legal Metrology
Branch in Ottawa, by the manufacturer or
distributor.

(1) La présente approbation ne couvre
que dix appareils. Le fabricant ou le
distributeur doit faire part de tout
appareil vendu, loué ou cédé de quelque
autre façon, au Chef du Laboratoire des
masses, de la Division de la Métrieologie
légale, à Ottawa.

Conditions of Approval:

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

Reference No.: G6922-H186-15

Conditions d'approbation: Suite

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

N° de référence: G6922-H186-15


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoire de la Métrologie légale

FEB - 5 1985



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

H.3

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-T190 Rev. 3

MAY 21 1985
MAI

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Howe Richardson Canada Inc.,
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

Société: Howe Richardson Canada Inc.
217 Boul. Brunswick
Pointe Claire, Québec
H9R 4R7

Type of Device: Electronic low profile
motor truck scale.

Appareil: Pont-bascule routier élec-
tronique surbaissé.

<u>MODEL NUMBER</u> N° de modèle	<u>CAPACITY*</u> Capacité*	<u>PLATFORM SIZE</u> Dimensions du tablier	<u>NO. OF</u> <u>SECTIONS</u> N° de
TAG-4018102	40 tons/tonnes	18' x 10'	2
TAG-5030102	50 "	30' x 10'	2
TAC-5035102	50 "	35' x 10'	2
TAG-5040102	50 "	40' x 10'	2
TAG-6035102	60 "	35' x 10'	2
TAC-6080103	60 "	80' x 10'	3
TAC-8080103	80 "	80' x 10'	3

*Or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique.

Description: This device is a full load cell low profile pitless motor truck scale, utilizing 50K or 75K Transducer or Revere compression or center loading load cells. The weigh-bridge is restrained longitudinally and laterally by check rods with compression cells and bumper bolts with center loading cells.

Description: Ce pont-bascule routier surbaissé sans fosse à action directe utilise des dynamomètres de compression ou à chargement central de modèle 50K ou 75K Transducer ou Revere. Le mouvement longitudinal et latéral du châssis récepteur est restreint par des tirants

.../2

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein being under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, temporary approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act. All devices installed for use in trade under authority of this temporary approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications or shall be removed from service upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the said Act. These temporary approval terms shall be made known by the seller in writing to the purchaser prior to any sale of devices of the identified type(s).

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus faisant présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation temporaire est accordée par les présentes, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi. Tous les appareils installés en vertu de la présente approbation temporaire devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives ou devront être retirés de service si une approbation est accordée ou refusée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi. Avant de vendre tout appareil des types identifiés, le vendeur doit informer l'acheteur, par écrit, des conditions de la présente approbation temporaire.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

Compliance with the following additional requirements is a condition of this temporary approval.

The Head of the Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Department of Consumer and Corporate Affairs, at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed 10.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this temporary approval shall expire two years from date of issue.

La présente approbation temporaire est accordée sous réserve de conformité aux exigences supplémentaires suivantes.

L'agent principal du Laboratoire des masses de la Direction de la Métrologie légale, Ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser 10.

A moins que l'extension soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire après deux ans de la date d'émission.

Chief
Legal Metrology Laboratories


W.R. Virtue

Chief
Laboratoires de Métrologie légale

MAY
MAI 21 1985

File Number/Numéro de dossier:

O6922-H186-15



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légal

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T190 Rev 4

OCT 28 1985

4.5

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Accordée en vertu du pouvoir sta-
tutaire du Ministre de Consommation et
Corporations à la demande de:

Howe Richardson Canada Inc.
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

for the following devices:

pour les appareils suivants:

DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Electronic low profile motor truck
scale/Pont-bascule routier électronique
surbaissé.

Howe Richardson Canada Inc.
Pointe Claire, Quebec

MODEL DESIGNATIONS /
DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

TAG-4018102
TAG-5030102
TAG-5035102
TAG-5040102
TAG-6035102
TAG-6080103
TAG-8080103

40 tons/tonnes
50 "
50 "
50 "
60 "
60 "
80 "

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition, cons-
truction and performance of which are,
in every material respect, identical to
that described in the information sub-
mitted and are typified by the
sample(s) submitted by the applicant
for evaluation for approval in accor-
dance with sections 14 and 15 of the
Weights and Measures Regulations. The
following is a summary of salient
features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les appareils dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons représenta-
tifs ont été fournis par le requérant
aux fins d'évaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du Règlement sur les
poids et mesures. Ce qui suit est une
brève description de leurs principales
caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device is a full load cell low profile pitless motor truck scale, utilizing 50 000 lb or 75 000 lb compression or center loading load cells. The weighbridge is restrained longitudinally and laterally by check rods with compression cells and bumper bolts with center loading cells.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ce pont-bascule routier surbaissé sans fosse à action directe utilise des dynamomètres de compression ou à chargement central de modèle 50 000 lb ou 75 000 lb. Le mouvement longitudinal et latéral du châssis récepteur est restreint par des tirants.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimensions du tabier</u>	<u>NO. OF</u> <u>SECTIONS</u> <u>N° de</u>
TAC-4018102	40 tons/tonnes	18' x 10'	2
TAC-5030102	50 "	30' x 10'	2
TAC-5035102	50 "	35' x 10'	2
TAC-5040102	50 "	40' x 10'	2
TAC-6035102	60 "	35' x 10'	2
TAC-6080103	60 "	80' x 10'	3
TAC-8080103	80 "	80' x 10'	3

*or metric equivalent.

*Ou l'équivalent métrique.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein being under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, temporary approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act. All devices installed for use in trade under authority of this temporary approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications or shall be removed from service upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the said Act. These temporary approval terms shall be made known by the seller in writing to the purchaser prior to any sale of devices of the identified type(s).

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus faisant présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation temporaire est accordée par les présentes, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi. Tous les appareils installés en vertu de la présente approbation temporaire devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives ou devront être retirés de service si une approbation est accordée ou refusée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi. Avant de vendre tout appareil des types identifiés, le vendeur doit informer l'acheteur, par écrit, des conditions de la présente approbation temporaire.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

Compliance with the following additional requirements is a condition of this temporary approval.


The Head of the Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Department of Consumer and Corporate Affairs, at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed 10.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this temporary approval shall expire on May 21, 1986.

La présente approbation temporaire est accordée sous réserve de conformité aux exigences supplémentaires suivantes.

L'agent principal du Laboratoire des masses de la Direction de la Métrologie légale, Ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelque façon pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser 10.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire le 21 mai 1986.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

File Number/Numéro de dossier:
O6922-H186-15

OCT 28 1985



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. N° D'APPROBATION
S.WA-T190 Rev 5

AUG
AOUT 1 1986

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Accordée en vertu du pouvoir sta-
tutaire du Ministre de Consommation et
Corporations à la demande de:

Howe Richardson Canada Inc.
217 Brunswick Blvd.,
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

for the following devices:

pour les appareils suivants:

DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Electronic low profile motor truck
scale/Pont-basculer routier électronique
surbaissé.

Howe Richardson Canada Inc.
Pointe Claire, Quebec

MODEL DESIGNATIONS /
DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

TAG-4018102
TAG-5030102
TAG-5035102
TAG-5040102
TAG-6035102
TAG-6080103
TAG-8080103

40 tons/tonnes
50 "
50 "
50 "
60 "
60 "
80 "

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition, cons-
truction and performance of which are,
in every material respect, identical to
that described in the information sub-
mitted and are typified by the
sample(s) submitted by the applicant
for evaluation for approval in accor-
dance with sections 14 and 15 of the
Weights and Measures Regulations. The
following is a summary of salient
features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les appareils dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons représenta-
tifs ont été fournis par le requérant
aux fins d'évaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du Règlement sur les
poids et mesures. Ce qui suit est une
brève description de leurs principales
caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device is a full load cell low profile pitless motor truck scale, utilizing 50 000 lb or 75 000 lb compression or center loading load cells. The weighbridge is restrained longitudinally and laterally by check rods with compression cells and bumper bolts with center loading cells.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ce pont-basculer routier surbaissé sans fosse à action directe utilise des dynamomètres de compression ou à chargement central de modèle 50 000 lb ou 75 000 lb. Le mouvement longitudinal et latéral du châssis récepteur est restreint par des tirants.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimensions du tabier</u>	<u>NO. OF</u> <u>SECTIONS</u> <u>N° de</u>
TAG-4018102	40 tons/tonnes	18' x 10'	2
TAG-5030102	50 "	30' x 10'	2
TAG-5035102	50 "	35' x 10'	2
TAG-5040102	50 "	40' x 10'	2
TAG-6035102	60 "	35' x 10'	2
TAG-6080103	60 "	80' x 10'	3
TAG-8080103	80 "	80' x 10'	3

*or metric equivalent.

*Ou l'équivalent métrique.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein being under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, temporary approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act. All devices installed for use in trade under authority of this temporary approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications or shall be removed from service upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the said Act. These temporary approval terms shall be made known by the seller in writing to the purchaser prior to any sale of devices of the identified type(s).

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus faisant présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation temporaire est accordée par les présentes, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi. Tous les appareils installés en vertu de la présente approbation temporaire devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives ou devront être retirés du service si une approbation est accordée ou refusée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi. Avant de vendre tout appareil des types identifiés, le vendeur doit informer l'acheteur, par écrit, des conditions de la présente approbation temporaire.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlementx et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

Compliance with the following additional requirements is a condition of this temporary approval.

The Head of the Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Department of Consumer and Corporate Affairs, at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed 10.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this temporary approval shall expire 31 December 1986.

La présente approbation temporaire est accordée sous réserve de conformité aux exigences supplémentaires suivantes :

L'agent principal du Laboratoire des masses de la Direction de la Métrologie légale, Ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser 10.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire décembre 31 - 1986.

Chief
Legal Metrology Laboratories

G. Smihailov
for/pon _____
W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-H186-15

AUG
AOUT 1 1986