



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

Approval N°-N° d'approbation
S.WA-X203

MAR 19 1984

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

This Notice of Special Approval
supersedes Record of Approval Action
S.WA-T198 dated July 8, 1981.

Le présent avis d'approbation spéciale
remplace la formule d'enregistrement de
l'approbation S.WA-T198 en date du 8
juillet 1981.

Company: Ametron Limited
1125 Dundas Street, E.,
Suite 36,
Mississauga, Ontario
L4Y 2C4

Société: Ametron Limited
1125 Dundas Street, E.,
Suite 36
Mississauga, Ontario
L4Y 2C4

Manufacturer: Understructure - Fairbanks
Weight Indication - Streeter Amet

Fabricant: Sous-Structure - Fairbanks
Indicateur de poids - Streeter Amet

Type of Device: Two-draft, uncoupled-in-
motion hump railroad scale.

Appareil: Bascule de butte pour voie
ferrée à double pesée en mouvement
("dételé").

Model Number: 4500/NT-2

N° de modèle: 4500/NT-2

Capacity: 200 000 lb x 20 lb.

Capacité: 200 000 lb x 20 lb

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: This device is an existing
Fairbanks type "S" mechanical under-
structure with a load cell connected to
the lever system. Weight indication is
by means of a Streeter-Amet model
4500/NT-2 digital indicator (S.WA-1051).

Description: Le présent appareil est
une sous-structure Fairbanks en usage de
type "S" comportant un dynamomètre relié
à l'ensemble de leviers. L'affichage du
poids se fait au moyen d'un indicateur
numérique Streeter-Amet, modèle
4500/NT-2 (S.WA-1051).

Special Conditions: This approval only
applies to the scale at the CPR Agincourt
Yard.

Conditions particulières: La présente
approbation ne vise que la bascule de
Pacifique-Canadien installé à la gare de
triage d'Agincourt.

.../2

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-S500-22

N° de référence: G6922-S500-22



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAR 19 1984