



OCT 31 1984

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

THIS NOTICE OF SPECIAL APPROVAL REPLACES
NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL S.WA-T175
Revision 1 DATED July 13, 1982.

LE PRÉSENT AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE
REMPLECE L'AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE
S.WA-T175 revision 1 EN DATE DU 13 juillet
1982.

Company: Ramsey Rec Ltd.,
Richmond Hill, Ontario

Société: Ramsey Rec Ltd.,
Richmond Hill, Ontario

Manufacturer: Ramsey Rec Ltd.

Fabricant: Ramsey Rec Ltd.

Type of Device: Electronic motor truck
scale.

Type d'appareil: Pont-bascule routier
électronique.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL(s)</u> <u>Cellules de pesage</u>	<u>SECTIONS</u> <u>Sections</u>
7710	200,000 lb OR/ou Metric equivalent/ l'équivalent métrique	Revere 100K	3

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: This device is a full load
cell truck scale with an 80'-1" x 10'-0"
concrete slab deck located at STELCO,
Nanticoke, Ontario. The load receiving
element and weighbridge are supported on
six(6) Revere load cells, each with a
capacity of 100,000 lb. Indication is
provided by a microprocessor-based
operator's console which is connected to
a temperature controlled enclosure
containing a model 10-43 signal
convertor. Printer is a Hecon model 522
with time/date option.

Description: Il s'agit d'un pont-bascule
routier entièrement électronique, à action
directe, constitué d'un tablier en dalles
de béton mesurant 80'-1" x 10'-0" et
installé à l'usine STELCO de Nanticoke
(Ontario). Le tablier et le châssis
récepteur reposent sur six(6) cellules de
pesage Revere qui ont chacune une capacité
de 100 000 lb. L'affichage est assuré par
un pupitre de commande à microprocesseur,
relié à une enceinte thermostatée
renfermant un convertisseur de signaux de
modèle 10-43. L'imprimante Hecon, modèle
522, permet d'obtenir, au choix,
l'impression de l'heure et de la date.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference N°: G6922-R218-15

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-R218-15



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 31 1984