



S.WA-T233

Approval Listing Number

Ottawa, **SEP 22 1982**

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL  
Avis d'approbation temporaire

Company: D.S.C. Weighing Systems Inc.,  
22 Morton Avenue  
Brantford, Ontario  
N3T 5Y6

Société: D.S.C. Weighing Systems Inc.,  
22 Morton Avenue  
Brantford, Ontario  
N3T 5Y6

Manufacturer: D.S.C. Weighing Systems  
Inc.,  
Brantford, Ontario

Fabricant: D.S.C. Weighing Systems Inc.,  
Brantford, Ontario

Type of Device: Electronic self  
contained floor scale.

Appareil: Bascule de sol électronique  
autonome.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimension du</u> <u>tablier</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Capacité du dynamo-</u> <u>metre</u>
DSC-LC1010	5000 lbs TO 30,000 lbs	8 ft x 8 ft 10 ft x 10 ft 10 ft x 12 ft	25000 lbs.

\*or metric equivalent

\*ou l'équivalent métrique.

Approved Accessories: This device may be  
interfaced with any approved compatible  
accessories.

Accessoires approuvés: La bascule peut  
être reliée à tout accessoire approuvé  
et compatible.

Description: This device is a fabricated  
steel self contained fully electronic  
built-in floor scale, supported by a  
channel iron base frame. The horizontal  
movement of the weighbridge is restricted  
by four check rods.

Description: Il s'agit d'une bascule  
autonome en acier marchand, entièrement  
électronique. L'appareil est encastré  
dans le sol et supporté par un châssis  
en fer profilé en U. Le déplacement  
longitudinal du tablier est restreint  
par quatre tirants.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 10 devices only.  
Each device sold, leased or otherwise  
disposed of, must be reported to the  
head, Mass Laboratory, Legal Metrology  
Branch, Ottawa, by the manufacturer or  
distributor.

(1) Le présent avis vise que 10  
appareils. Tout appareil vendu, loué ou  
aliéné de quelque autre façon doit être  
signalé au chef du Laboratoire des  
masses, Direction de la Métrologie  
légale, Ottawa, par le fabricant ou le  
distributeur.

Conditions of Approval:

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-D89

Conditions d'approbation: Suite

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire, pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

No. de référence: G6922-D89



W.R. Virtue

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire  
Laboratoires de la Métrologie légale