



DEC 22 1986

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of  
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à  
l'avis d'approbation temporaire émis au  
nom de:

Dominion Bridge - Hardware Department  
AMCA International Limited  
P.O. Box 895  
Winnipeg, Manitoba  
R3C 2T1

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

MODEL NUMBERS  
Nos. de modèles

LOAD CELL RATING (lbs)  
Capacité par dyanomètres

FE 80403

75000 or/ou 50000

Alternatively, self-checking  
compression type load cells are used.  
The self-aligning operation is by a  
ball and socket mounting system which  
results in a rolling up on the socket  
radius which in turn generates a  
restoring force that causes the system  
to self-center.

Alternativement, des cellules de  
pesage du type auto-vérification  
travaillant en compression sont  
utilisées. L'opération d'auto-  
alignement est produite à l'aide d'un  
dispositif à rotule, le mouvement de la  
bille vers le haut de la rotule se  
traduit en une force qui produit  
l'autocentrage du système.

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: O6922-M250-15  
PROJECT/Projet: AP-ML-86-0138