



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T276

OCT 18 1987

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Pacific Industrial Scale Co.
Limited
12560 Vickers Way
Richmond, B.C.
V6V 1H9

Société: Pacific Industrial Scale Co.,
Limited
12560 Vickers Way
Richmond, B.C.
V6V 1H9

Manufacturer: Pacific Industrial Scale
Co., Limited

Fabricant: Pacific Industrial Scale Co.
Limited

Type of Device: Electronic pitless low
profile railroad track scale.

Appareil: Pont-basculé ferroviaire
surbaissé électronique, à installation
sans fosse.

<u>MODEL NUMBERS</u> <u>No. de modèles</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u> TONS/tonnes	<u>SIZE</u> <u>Dimensions</u>	<u>SECTIONS</u> <u>Sections</u>	<u>SECT. CAP.(tons)</u> <u>Cap./Sec.(tonnes)</u>
PPLR-12-100	100	12' - 6"	2	100

Application: This device is used in
single draft static weighing of railroad
cars.

Utilisation: Cet appareil est utilisé
pour simple pesée statique des wagons.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi sur les poids et
mesures, du règlement et des spécifica-
tions y afférents.

Description: This installation
consists of two(2) fully electronic
pitless railroad track scales, with both
weighing elements supported by shear beam
load cells. The horizontal movement of
the weighing element is restricted in
both directions by bumper bolts.

Description: Cette installation
comprend deux pont-basculés ferroviaires
entièrement électronique, installés sans
fosse et dont les éléments de pesage
reposent sur des dynamomètres de
cisaillement. Des boulons de butée
restreignent le déplacement horizontal
de l'élément de pesage dans les deux
sens.

.../2

Conditions of Approval:

(1) This approval covers 1 device only which is installed at Goldstream Mines in Revelstoke, B.C.

(2) This approval to expire two years from date of issue.


Reference No.: G6922-P439-15

Conditions d'approbation: Suite

(1) La présente approbation ne couvre qu'un appareil, installé à Goldstream Mines, Revelstoke, B.C.

(2) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

N° de référence: G6922-P439-15



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 18 1983