



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T279

NOV 21 1983

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Société: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Manufacturer: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
Mississauga, Ontario

Fabricant: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.
Mississauga, Ontario

Type of Device: Fully electronic Rail
Road Track Scale that when interfaced to
an approved and compatible digital weight
indicator becomes a weighing system.

Appareil: Pont-basculer ferroviaire,
entièrement électronique, qui, une fois
relié à indicateur pondéral numérique,
approuvé et compatible, forme un
ensemble de pesage.

MODEL NUMBER
N° de modèle

CAPACITY
Capacité

LOAD CELLS
Cellules de pesage

820-RRT-CON

300 000 lb or metric
equivalent/sur
l'équivalent métrique

8 Toledo Cap-check type/
cellules de pesage Toledo à
chapeau d'arrêt

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi sur les poids et
mesures, du Règlement et des Spécifica-
tions y afférents.

Description: This scale consists of an
existing 4 section Fairbanks pit mounted
mechanical scale, the lever system has
been removed, the weighbridge and pit
have been modified to accept 8 Toledo
cap-check load cells as weight sensors
with the weight indicated on an approved
and compatible digital weight indicator.

Description: Il s'agit d'une bascule
mécanique Fairbanks existante, à quatre
sections, installée dans une fosse. La
bascule est dépouillée de son ensemble
de leviers, et le tablier et la fosse ont
été adaptés pour recevoir 8 cellules de
pesage Toledo à chapeau d'arrêt. Ces
cellules de pesage jouent le rôle de
capteurs de poids dont l'affichage est
assuré par indicateur pondéral
numérique, approuvé et compatible.

.../2

Conditions of Approval: Continued

(1) This approval covers 2 devices which are installed at C.P. Rail, Thunder Bay, Ontario, and Saskatoon Chemicals, Saskatoon, Sask.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval shall expire two years from date of issue.

Reference No.: G6922-T170-22

Conditions d'approbation: Suite

(1) La présente approbation vise 2 appareils qui sont installés au C.P. Rail, de Thunder Bay (Ont.) et à Saskatoon Chemicals de Saskatoon (Sask).

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

N° de référence: G6922-T170-22



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV 21 1983