



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T281

DEC 05 1983

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Société: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Manufacturer: Rowe Machinery & Mfg., Co.
811 Regal Row,
P.O. Box 47286
Dallas, Texas
USA 75247

Fabricant: Rowe Machinery & Mfg., Co.
811 Regal Row,
P.O. Box 47286
Dallas, Texas
USA 75247

Type of Device: Electronic Platform
Scale.

Appareil: Balance plate-forme électro-
nique.

Model Number:

Indicator: Toledo 8132

Weighing Element: Rowe Machinery & Mfg.
Company

N° de modèle:

Indicateur: Toledo 8132

Élément peseur: Rowe Machinery & Mfg.,
Company

Capacity: 50,000 lbs

Capacité: 50,000 lbs

Load Cells: 20,000 lbs

Dynamomètres: 20,000 lbs

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: This device is a full
electronic load cell scale with a lift
mechanism. The weighing element is
supported by four (4) shear beam load
cells and the weight indication is by
means of a model 8132 (S.WA-1182) digital
indicator manufactured by Toledo Scale.

Description: Cet appareil est une
balance à dynamomètre, entièrement élec-
tronique, munis d'un mécanisme de
levage. L'élément peseur est supporté
par quatre (4) dynamomètres de cisail-
lement et l'affichage du poids est
réalisé grâce à un indicateur numérique
modèle 8132 (S.WA-1182) fabriqué par
Toledo Scale.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 10 devices
only. Each device sold, leased or
otherwise disposed of, must be reported
to the Chief, Mass Laboratory, Legal
Metrology Branch, in Ottawa, by the
manufacturer or distributor.

(1) La présente approbation ne couvre
que 10 appareils. Le fabricant ou le
distributeur doit faire part de tout
appareil vendu, loué ou cédé de quelque
autre façon, au Chef du laboratoire des
masses, de la Direction de la Métrologie
légale, à Ottawa.

Conditions of Approval: Continued

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-T170-5

Conditions d'approbation: Suite

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-T170-5



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 5 1983