



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T285

JAN 17 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
5220 Creekbank Road,
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Société: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Manufacturer: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
Mississauga, Ontario

Fabricant: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric Ltd.,
Mississauga, Ontario

Type of Device: Converted dormant scale
- mechanical to electronic and interfaced
to Canadian Scale Co. indicator model n°
CSD1-06.

Appareil: Bascule fixe convertie de
mécanique à électronique et reliée à un
indicateur modèle n° CSDD1-06 de Canadin
Scale Co.

Model Number: 820 SP

N° de modèle: 820 SP

Capacity: 20 000 lbs or metric
equivalent.

Capacité: 20 000 lbs ou l'équivalent
métrique.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: This device is a mechanical
dormant scale converted to electronic by
replacing the lever system with four
model 950 Toledo load cells and a
junction box.

Description: Il s'agit d'une bascule
fixe mécanique qui a été convertie à
l'électronique en remplaçant le système
de levier par quatre cellules de pesage
modèle 950 de Toledo et une boîte à
jonction.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 1 device only,
installed at:

Sidbec-Dosco Ltd.,
1900 Monte Pomme D'or
Contrecoeur, Quebec

(1) La présente approbation ne couvre
qu'un appareil installé à:

Sidbed-Dosco Ltée
1900 Monte Pomme D'or
Contrecoeur, Québec

Conditions of Approval: Continued

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-T170-4

Conditions d'approbation: Suite

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-T170-4



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

JAN 17 1984