



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T296

FEB
REV 22 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Aurora Scale Co. Ltd.
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Société: Aurora Scale Co. Ltd.,
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Manufacturer: Aurora Scale Co. Ltd.,
Aurora, Ontario

Fabricant: Aurora Scale Co. Ltd.
Aurora, Ontario

Type of Device: Mechanical tank scale.

Appareil: Balance réservoir mécanique.

Model Number: MT-700-240K

N° de modèle: MT-700-240K

Maximum Capacity: 100 000 kg x 10 kg

Capacité maximale: 100 000 kg x 10 kg

Description: This device is a mechanical tank scale. The tank is supported by four (4) chairs, suspension links and a system of fabricated steel pipe levers.

Description: Cet appareil est une balance réservoir mécanique. Le réservoir est supporté, par quatre (4) chaises, une suspension à anneaux et un système de levier tubulaire en acier préfabriqué.

The weight indication is obtained with a compound weighbeam.

L'indication du poids est obtenu par un fléau combiné.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:


(1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Head, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch in Ottawa, by the manufacturer or distributor.

(1) La présente approbation ne couvre que 10 appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la Métrieologie légale, à Ottawa.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

.../2



Conditions of Approval: Continued

(3) This approval to expire two years from date of issue.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.


Reference No.: G6922-A364

Conditions d'approbation: Suite

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire, pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-A364



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FEB
FEB 22 1984