



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-T308

MAY 15 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Aurora Scale Mfg., Co.
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Société: Aurora Scale Mfg., Co.
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Manufacturer: Aurora Scale Mfg., Co.
Aurora, Ontario

Fabricant: Aurora Scale Mfg., Co.
Aurora, Ontario

Type of Device: Self-contained
electronic floor scale when interfaced to
an approved and compatible digital weight
indicator becomes a weighing device.

Appareil: Bascule de sol électronique
autonome qui, une fois reliée à un indi-
cateur de poids numérique approuvé et
compatible, forme un ensemble de
pesage.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimension du tablier</u>
910-4872-10K	10 000 lbs.	72" x 48"
910-4884-10K	10 000 lbs.	84" x 48"
910-6060-10K	10 000 lbs.	60" x 60"
910-6072-10K	10 000 lbs.	72" x 60"
910-6084-10K	10 000 lbs.	84" x 60"
910-6096-10K	10 000 lbs.	96" x 60"
910-60108-10K	10 000 lbs.	108" x 60"
910-7272-10K	10 000 lbs.	72" x 72"
910-7296-10K	10 000 lbs.	96" x 72"
910-72108-10K	10 000 lbs.	108" x 72"
910-8484-10K	10 000 lbs.	84" x 84"
910-8496-10K	10 000 lbs.	96" x 84"
910-84108-10K	10 000 lbs.	108" x 84"
910-9696-10K	10 000 lbs.	96" x 96"
910-96108-10K	10 000 lbs.	96" x 108"
940-F1010-40K	40 000 lbs.	10' x 10'
940-F1012-40K	40 000 lbs.	10' x 12'

*or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique.

.../2

- 2 -

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Description: This device is a full electronic dormant scale with a shear type load cell positioned on the sub-frame at each corner. The platform is supported by a ball and socket assembly mounted on each load cell.

The horizontal movement of the platform is restricted by the sub-frame.

Conditions of Approval:

(1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Chief, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, in Ottawa, by the Manufacturer or distributor.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescription ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: Cet appareil est une balance de sol électronique utilisant des cellules de pesage, travaillant en cisaillement, installée dans chaque coin de la charpente inférieur. Le tablier est supporté par les cellules de pesage au moyen d'un montage à rotule.

Le mouvement horizontal du tablier est restreint par la charpente inférieur.

Conditions d'approbation:

(1) La présente approbation ne couvre que 10 appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la Métrologie légale, à Ottawa.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

.../3

Conditions of Approval: Continued

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-A364-10

Conditions d'approbation: Suite

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-A364-10

Chief
Legal Metrology Laboratories

J.B. Fulham
for W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAY 15 1984



DEC 20 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

This Notice of Temporary Approval super-
sedes Notice of Temporary Approval
S.WA-T308 dated May 1, 1984.

Le présent avis d'approbation temporaire
remplace l'avis d'approbation temporaire
S.WA-T308 en date du 1 mai 1984.

Company: Aurora Scale Mfg., Co.
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Société: Aurora Scale Mfg., Co.
P.O. Box 545
Aurora, Ontario
L4G 3L6

Manufacturer: Aurora Scale Mfg., Co.
Aurora, Ontario

Fabricant: Aurora Scale Mfg., Co.
Aurora, Ontario

Type of Device: Self-contained electro-
nic floor scale when interfaced to an
approved and compatible digital weight
indicator becomes a weighing device.

Appareil: Bascule de sol électronique
autonome qui, une fois reliée à un indi-
cateur de poids numérique approuvé et
compatible, forme un ensemble de
pesage.

<u>MODEL NUMBER</u> N° de modèle	<u>CAPACITY*</u> Capacité*	<u>PLATFORM SIZE</u> Dimension du tablier	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> Capacité des cellules de pesage
910-4872-10K	10 000 lbs.	72" x 48"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-4884-10K	10 000 lbs.	84" x 48"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-6060-10K	10 000 lbs.	60" x 60"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-6072-10K	10 000 lbs.	72" x 60"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-6084-10K	10 000 lbs.	84" x 60"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-6096-10K	10 000 lbs.	96" x 60"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-60108-10K	10 000 lbs.	108" x 60"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-7272-10K	10 000 lbs.	72" x 72"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-7296-10K	10 000 lbs.	96" x 72"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-72108-10K	10 000 lbs.	108" x 72"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-8484-10K	10 000 lbs.	84" x 84"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-8496-10K	10 000 lbs.	96" x 84"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-84108-10K	10 000 lbs.	108" x 84"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-9696-10K	10 000 lbs.	96" x 96"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
910-96108-10K	10 000 lbs.	96" x 108"	5 000 lb OR/OU 10 000 lb
920-4872-20K	20 000 lbs.	48" x 72"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-4884-20K	20 000 lbs.	48" x 84"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-4896-20K	20 000 lbs.	48" x 96"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-6060-20K	20 000 lbs.	60" x 50"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-6072-20K	20 000 lbs.	60" x 72"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-6084-20K	20 000 lbs.	60" x 84"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-6096-20K	20 000 lbs.	60" x 96"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-60108-20K	20 000 lbs.	60" x 108"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-7272-20K	20 000 lbs.	72" x 72"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-7284-20K	20 000 lbs.	72" x 84"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-7296-20K	20 000 lbs.	72" x 96"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb

- 2 -

Continued:Suite:

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>CAPACITY*</u> <u>Capacité*</u>	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimension du tablier</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Capacité des cellules</u> <u>de pesage</u>
920-72108-20K	20 000 lbs.	72" x 108"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-72120-20K	20 000 lbs.	72" x 120"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-8484-20K	20 000 lbs.	84" x 84"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-8496-20K	20 000 lbs.	84" x 96"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-84108-20K	20 000 lbs.	84" x 108"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-84120-20K	20 000 lbs.	84" x 120"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-9696-20K	20 000 lbs.	96" x 96"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-96108-20K	20 000 lbs.	96" x 108"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-96120-20K	20 000 lbs.	96" x 120"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-108108-20K	20 000 lbs.	108" x 108"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-108120-20K	20 000 lbs.	108" x 120"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-120120-20K	20 000 lbs.	120" x 120"	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-F1010-20K	20 000 lbs.	10' x 10'	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-F1012-20K	20 000 lbs.	10' x 12'	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-F1014-20K	20 000 lbs.	10' x 14'	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-F1016-20K	20 000 lbs.	10' x 16'	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
920-F1018-20K	20 000 lbs.	10' x 18'	10 000 lb OR/OU 15 000 lb
940-F1010-40K	40 000 lbs.	10' x 10'	20 000 lb
940-F1012-40K	40 000 lbs.	10' x 12'	20 000 lb

*or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique.

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescription ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: This device is a full electronic dormant scale with a shear type load cell positioned on the sub-frame at each corner. The platform is supported by a ball and socket assembly mounted on each load cell.

Description: Cet appareil est une balance de sol électronique utilisant des cellules de pesage, travaillant en cisaillement, installée dans chaque coin de la charpente inférieur. Le tablier est supporté par les cellules de pesage au moyen d'un montage à rotule.

The horizontal movement of the platform is restricted by the sub-frame.

Le mouvement horizontal du tablier est restreint par la charpente inférieur.

Conditions of Approval:

(1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Head, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, in Ottawa, by the Manufacturer or distributor.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

Conditions d'approbation:

(1) La présente approbation ne couvre que 10 appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la Métrologie légale, à Ottawa.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

Reference N°: G6922-A364-10

N° de référence: G6922-A364-10


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 20 1984