



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T329 Add. 1

4.S

JUL 26 1985
JUIL 26 1985

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Temporary Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis d'approbation temporaire émis au nom de:

Aurora Scale Manufacturing Limited
P.O. Box 545
230 Edward Street
Aurora, Ontario
L4G 3L6

ADD the following model numbers:

AJOUTER les modèles suivants:

| MODEL NUMBER <u>N° de modèle</u> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ELC-1035-80-3 | ELC-1050-100-3 | ELC-1235-80-3 | ELC-1250-100-3 |
| ELC-1035-100-3 | ELC-1060-80-3 | ELC-1235-100-3 | ELC-1260-80-3 |
| ELC-1040-80-3 | ELC-1060-100-3 | ELC-1240-80-3 | ELC-1260-100-3 |
| ELC-1040-100-3 | ELC-1060-80-4 | ELC-1240-100-3 | ELC-1260-80-4 |
| ELC-1050-80-3 | ELC-1060-100-4 | ELC-1250-80-3 | ELC-1260-100-4 |

The first number gives the width and length in feet, the second number the capacity in tons, and the third number the number of sections. Load cells will be 50 000 lb or 60 000 lb capacity double ended shear beam type. All load cells for a given installation are of a uniform capacity.

LE premier numéro donné indique la largeur et la longueur en pieds, le deuxième numéro indique la capacité en tonnes, et le troisième numéro le nombre de section. Des cellules de pesage de cisaillement de 50 000 lb ou 60 000 lb sont supportées par ses deux extrémités. Toutes les cellules de pesage pour une installation donnée, doivent être de capacité uniforme.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this Temporary Approval shall expire two years from date of issue.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation temporaire expire après deux ans de la date d'émission.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

Canada

FILE NUMBER / N° de dossier:
O6922-A364-15

CCA-2067 (4-82)