



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-343

DEC 20 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Canadian Scale Company Ltd.,
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario

Société: Canadian Scale Co. Ltd.,
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario

Manufacturer: Canadian Scale Company Ltd
Toronto, Ontario

Fabricant: Canadian Scale Co. Ltd.
Toronto, Ontario

Type of Device: Full electronic low
profile motor truck scale.

Appareil: Ponts-bascules routiers
surbaissés entièrement électroniques.

Model Number: EFD-70100
EFD-7080

N° de modèle: EFD-70100
EFD-7080

Capacity: 100 tons
80 tons

Capacité: 100 tonnes
80 tonnes

Platform Size: 70' x 10'

Grandeur du tablier: 70' x 10'

Number of Load Cells: 8

Nombre de cellules de pesage: 8

Load Cell Capacity: 60 000 lbs or
70 000 lbs.

Capacité des cellules de pesage:
60 000 lbs ou 70 000 lbs

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés tous
les accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles régis-
sants les poids et mesures.

Description: This device is a full
electronic low profile motor truck scale
that, when interfaced to an approved and
compatible weight indicator, becomes a
weighing system.

Description: Cet appareil est un pont-
bascule routier surbaissé entièrement
électronique qui lorsqu'il est relié à
un dispositif d'affichage numérique du
poids, approuvé et compatible, constitue
un appareil de pesage.

The flat steel or concrete deck is sup-
ported by center loaded Shear Beam Load
Cells through a single link suspension.

Le tablier plat en acier est supporté
par des cellules de pesage à chargement
central, ceci par l'intermédiaire d'un
système de suspension par anneau simple.

Platform movement is restricted by means
of adjustable bumper bolts, fitted to the
eighbridge.

Le mouvement du tablier est restreint
par des boulons de butée, ajustée au
tablier.

Conditions of Approval:

(1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Chief, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, in Ottawa, by the Manufacturer or distributor.

(2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(3) This approval to expire two years from date of issue.

Conditions d'approbation:

(1) La présente approbation ne vise que 10 appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la Métrologie légale, à Ottawa.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

Reference No.: C6922-C257-15

N° de référence: C6922-C257-15


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 20 1984