



AUG - 8 1990

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

TECHNICAL SUPPLEMENT

SUPPLEMENT TECHNIQUE

PROTECTED -- LAW ENFORCEMENT

PROTÉGÉ -- RESPECT DES LOIS

DEVICE MODELS / MODÈLES D'APPAREILS:

Model Number N° du modèle	Platform Size Dim. du tablier	Capy / Cap. Module Module	N° of / de. Modules Modules	N° of / de Sections Sections
3D-45,10,10-12	(45'+10'+10')x12'	*50T	3	7
3D-45,15,12-14	(45'+15'+12')x14'	50T	3	7
3D-34,12,34-10	(34'+12'+34')x10'	50T	3	8
2D-30,30-14	(30'+30') x 14'	50T	2	4

*50 TONS / tonnes AVOIRDUPOIS OR METRIC/ Avoirdupoids ou métrique

LOAD RECEIVING ELEMENT / ÉLÉMENT RECEPTEUR DE CHARGE:

Cement / Ciment

LOAD TRANSMITTING ELEMENT / ÉLÉMENT DE PESAGE DE TRANSMISSION:

Load Cells / Cellules de pesage

RESTRAINING SYSTEM / SYSTÈME DE RETENU:

Bumper Bolts / Butées d'arrêt

Check Rods / Tirants de stabilisation

LOAD CELL TYPE / TYPE DE CELLULE DE PESAGE:



Compression Cylinder / Cylindre à compression OR / ou

Double Ended Shear Beam / Travaillant en double déflexion


WEIGHBRIDGE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE CHÂSSIS RÉCEPTEUR:

Main Beams & Cross Members / Poutres maitresses et transversales

LOAD CELL MOUNTING / MONTAGE DE CELLULE DE PESAGE:





Main Beams / Poutres maitresses:



<u>Model / Modèle</u>	<u>MAIN BEAMS / Poutres maitresses</u>	<u>CROSS MEMBERS / Poutres transvers.</u>
2D-30, 30-14	W30@108	W16@40
OTHER MODELS / autres modèles	W18@55	W8 @17

SUPPLEMENTARY INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES:



Declan McEvoy
Declan McEvoy

Date **APR - 8 1990**

Manager,
Mass Metrology Laboratory

Gérant,
Laboratoire des masses