



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No — N° D'APPROBATION

S.WA-T401 Add. 2

JUN 10 1987

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation temporaire émis au
nom de:


Canadian Scale Company Limited
305 Horner Avenue
TORONTO, Ontario
M8W 1Z4

ADD to table under "Summary
Description":

AJOUTER au tableau sous "Description
sommaire":

MODEL NUMBER <u>N° de modèle</u>	CAPACITY* <u>Capacité*</u> tons/tonnes	PLATFORM LENGTH <u>Dimensions du tablier</u> ft-pi	SECTIONS <u>N° OF/de Sections</u>	LOAD CELL CAP. Cap. des cellules de pesage	
				STEELDECK Tablier en acier	CONCRETE DECK Tablier en béton
ELP(SL)3550	50	35	2	60 000	60 000
ELP(SL)3560	60	35	2	60 000	60 000

*Or metric equivalent / Ou l'équivalent métrique.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chief
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-C257-15
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0015