



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T416 Rev 1, Add 1

SEP 26 1986

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation temporaire émis au
nom de:

Canadian Scale Company Limited
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario
M8W 1Z4

ADD to "Rating-Capacity-Range(s)":
100 tonnes.

AJOUTER à la partie "Classement-
Capacité-Étendue(s)": 100 tonnes

ADD the following to the table in
the "Summary Description":

AJOUTER au tableau de la partie
"Description Sommaire":

Model Number - E80100
Capacity - 100 tons
Platform Size - 80x12
Number of Sections - 4
Load Cell Capacity - 75 000 lbs

N° de modèle - E80100
Capacité - 100 tonnes
Dimensions du tablier - 80x12
Nombre de sections - 4
Capacité des cellules de pesage -
75 000 lbs.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: O6922-C257-15
PROJECT/Projet: AP-ML-86-0043