



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

S.WA-T418 Add. 1

NOV - 2 1987

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Conditional Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation conditionnelle
émis au nom de:

Western Scale Company Limited
1670 Kingsway Avenue
Port Coquitlam, B.C.
V3C 3Y9

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u> tonnes/tonnes	<u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimensions du tablier</u> ft. / pi.	<u>N° OF/de</u> <u>SECTIONS</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Cap. des cellules</u> <u>de pesage (lb)</u>
5014122-PLP	50	14' X 12'	2	50,000

Or avoirdupois equivalent.

Ou l'équivalent en avoirdupois.


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-W172
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0095