



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T432 Add 1

JAN - 7 1987

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

CompuWeigh Limited
2800 Sabourin Street
St. Laurent, Quebec
H4S 1M2

ADD under "Model Designation" and under "Rating-Capacity-Range(s)":

AJOUTER sous "Désignation des modèles" et sous "Classement-Capacité-Étendue(s)":

MODEL DESIGNATION
Désignation des modèles

RATING-CAPACITY-RANGE(S)
Classement-Capacité-Étendue(s)

MLF-6
MLF-7
MLF-9
MLF-10
MLF-11
MLF-12
MLF-13
MLF-14

6000 kg x 1 kg
7000 kg x 1 kg
9000 kg x 1 kg
10000 kg x 1 kg
11000 kg x 1 kg
12000 kg x 1 kg
13000 kg x 1 kg
14000 kg x 1 kg

ADD under "Summary Description":

Previous description applies to tanks capacities up to and including 10 000 kg. Tank sizes of approx. 14 ft. high with a diameter of approx. 8 ft. are used for capacities above 10 000 kg to 14 000 kg. These capacities utilize 10 000 lb "S" type tension load cells. Tank capacities of 9 000 kg and 10 000 kg may use all 5 000 lb or all 10 000 lb tension type load cells.

AJOUTER sous "Description Sommaire":

La description précédente s'applique aux réservoirs d'une capacité jusqu'à et incluent 10 000 kg. La dimension des réservoirs pour les capacités supérieures à 10 000 kg jusqu'à 14 000 kg mesurent environs 14 pi. de hauteur et 8 pi. de diamètre. Ces capacités utilisent des cellules de pesage de 10 000 lb du type "S" en tension. Les réservoirs d'une capacité de 9 000 kg et 10 000 kg peuvent utiliser soit des cellules de pesage en tension de 5 000 lb ou de 10 000 lb.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chief
Laboratoires de la Métrieologie légale

Canada

FILE/Dossier: O6922-G337
PROJECT/Projet: AP-ML-86-0145

CCA-2067 (4-82)