



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légeale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T501 Add. 1

OCT 29 1987

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation temporaire émis au
nom de:

Howe Richardson Inc.
217 Brunswick Blvd.
Pointe Claire, Quebec
H9R 4R7

ADD the following model number:
LPSP-8 8000 lb x 2 lb

AJOUTER le numéro de modèle suivant:
LPSP-8 8000 lb x 2 lb

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

The weighbridge is fabricated from
3"x5" square tubing and 2½"x¼" steel
bars topped by a 2'x8' steel platform.

Le châssis récepteur est constitué
de tubulaire de section carrée (3"x5")
et de barres d'acier (2½" x ¼"). Un
tablier d'acier mesurant 2'x8" est
assujetti au dessus du châssis.

Four (4) 5000 lb cantilever shear
beam load cells support the complete
weighbridge through ball and cup
assemblies.

Quatre (4) cellules de pesage de
cisaillement de 5,000 lb supportent
l'ensemble grâce à des dispositifs à
rotule.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légeale

FILE/Dossier: 06922-H186
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0113