



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Consommation  
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T739 Add 2; Rev. 1

NOV - 7 1984

**NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE**

THIS REVISION TO BE READ IN CONJUNCTION  
WITH NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL  
S.WA-T739 Add. 1, Revision 1.

CETTE REVISION DOIT ÊTRE LÙ CONJOINTE-  
MENT AVEC L'AVIS D'APPROBATION  
TEMPORAIRE S.WA-T739 Add. 1, Revision 1

Liquid Controls - Meters for Liquid  
Fertilizer

Compteurs Liquid Controls pour engrais  
liquides

Manufacturer: Liquid Controls  
Corporation  
Box 101, Waukegan Road  
North Chicago, Illinois  
U.S.A. 60064

Fabricant: Liquid Controls  
Corporation  
101, Waukegan Road  
North Chicago, Illinois  
USA 60064

Canadian Representative:  
RNG Equipment Ltd.  
32 Stoffel Drive  
Rexdale, Ontario  
M9W 1A8

Représentant Canadien:  
RNG Equipment Ltd.  
32 Stoffel Drive  
Rexdale, Ontario  
M9W 1A8

Correction:

Please read the flow range as follows to  
be in accordance with the Notice of  
Approval S.WA-739.

Correction:

Veillez lire les débits suivants, pour  
être en accord avec l'avis d'approbation  
S.WA-739.

Flow Range - GPM/LPM

90/450 should read 85/385  
90/450 should read 85/385  
90/450 should read 85/385  
270/1350 should read 290/1315

Débit - GPM/LPM

90/450 pour 85/385  
90/450 pour 85/385  
90/450 pour 85/385  
270/1350 pour 290/1315

Reference No.: G6953-R96-18

N° de référence: G6953-R96-18

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

NOV - 7 1984

Canada

CCA-2067 (4-82)